

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1689334107750 din 08.08.2023

Obiectul achiziției: Echipamente de laborator și accesorii destinate executării proiectelor de cercetare în cadrul USM și Institutelor afiliate

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lot Nr.6 (Institutul de Chimie "Programul de stat": 20.80009.5007.17)						
6.1	384 000 00-9	Agitator - magnetic	LBD005	Auxilab/RSLab	Spania	Placă superioară din oțel inoxidabil acoperită cu ceramică. Control electronic al vitezei. Viteza de rotație min. 1500 rpm. Controlul încălzirii de la temperatura ambiantă la min. 280°C. Volum de agitare de min. 3 l. Dispozitiv echipat cu senzor de temperatură extern și tijă de sprijin. Termen de garanție min. 1	Volum maxim: 3L Viteza: 200-1500 rpm Max. temperatura: 280°C Consum: 550W. Placă inox cu acoperire ceramică (Ø:135 mm) Clasa de protecție: IP42 Nu include kit de suport sau sonda. Garanție 1 an	CE:ISO
6.2	384 000 00-9	Balanță	KBC003	Auxilab/Nahita	Spania	Calibrare: externă. Capacitate: min. 600,00 g. Display: Fix. Exactitate min. 0,01g Rezoluție: min. 10,00 mg. Termen de garanție min. 1	Capacitate: 1000g Lizibilitate: 0,01 g Tava patrata: 120x155mm Unități de cântărire: g, kg, ct, T, TAR, dr, PKT, GN, TMR, gsm, tL, lu, dwt, oz, lb, tLT, ozt, tH, % Funcția de numărare a pieselor Greutate de calibrare (500 g) inclusă Alimentare: 100-240VAC 50-60HZ Baterie reincărcabilă inclusă. Garanție 1 an	CE:ISO
		Lot Nr. 9 (Institutul de Chimie Proiect bilateral MD-Belarus: 22.80013.8007.1BL)						
9.1	384 000 00-9	Evaporator rotativ	PGB006	Auxilab/RSLab	Spania	Interval de turație: până la 300 rpm. Deplasare cursă: min. 150 mm. Volumul băii: min. 4 L. Domeniu de temperatură: până la 90 °C. Putere de încălzire: min. 1400 W. Umiditate relativă admisă: max. 80%. Clasa de protecție conform DIN EN 60529: IP 20. Ridicator manual pentru poziționarea precisă a sticlei, cu o singură mână. Ungھی de imersare reglabile. Setarea vitezei turlelor cu control rotativ și afișare a vitezei. Mecanism de strângere a baloanelor cu funcție de împingere integrată pentru schimbarea ușoară a baloanelor de evaporare. Fără pompă. Termen de garanție min. 1	Afișaj digital LCD Baie de încălzire apa-ulei 5L Gama de viteze: 20 - 280 rpm Interval de temperatură: RT - 180 °C (+/- 1) Interval de setare a timpului: 1 până la 999 min Cursa de ridicare motorizată: 150 mm Seturi de sticlă incluse (1L) Sens de rotație reversibil Iesire USB Clasa de protecție DIN EN60529: IP20 Alimentare: 220V AC 50-60Hz. Garanție 1 an	CE:ISO
		Lot Nr. 17 (Institutul de Zoologie al USM)						
17.1	384 000 00-9	Centrifuga de laborator	RS 0412	Auxilab/RSLab	Spania	Centrifuga medicinală cu viteza de rotație min. 300 rpm - max 4500 rpm care permite centrifugarea probelor în tuburi cu volum mic: 5 ml, 7 ml, 10 ml sau 15 ml. În set se vor regăsi tuburi conice de volumele indicate a câte 12 buc. Termen de garanție min. 1	Gama de viteze: 300-4500 rpm, trepte de 100 rpm Precizia vitezei: +/-20 rpm Max. RCF: 2490xg Capacitate rotor: 8x15mL, 12x10mL Timp de funcționare: 30sec-99min/Funcționare continuă Motor: Motor DC fără perii Display: LCD Blocarea ușii; detector de supraviteză; diagnostic intern automat Comutator viteză/RCF; funcția de funcționare pe timp scurt; funcție de alertă sonoră Timp de accelerare/frânare: 20s/13s Putere: AC110-240V/50Hz/60Hz, 3A, 70W Dimensiuni (LxIxH): 301x354x217mm Greutate: 6 kg Certificare: CE, UL, IVD Max recomandat timp de funcționare: 12 minute. Garanție 1 an	CE:ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari _În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5