

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1647508101465 din 17.03.2022
Obiectul achiziției: Debitmetre ultrasonice

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Debitmetre ultrasonice	Prosonic Flow W 400, 9W4BA2	Elveția	Endress + Hauser	Conform caietului de sarcini	Prosonic Flow W 400, 9W4BA2 Cod 1: 9W4BA2-1N07/0 Cod 2: 9W4BA2-AALIFPAACAADAE1+AIEAEBIF [AA] Certificare; traductor; senzor: Mediu neexploziv [L] Alimentare: 100-240VAC/24VAC/DC [I] Iesire; intrare: 4-20mA HART, 2x puls/frecventa/ comutator iesire; status intrare; Ethernet - opțiunea web-server [F] Display; operare: 4 linii iluminat; touch control [P] Carcasa transmitter: Remote, Aluminiu, acoperit [A] Conexiune electrica: Presetupa M20 [AC] Versiune senzor: C-100 (1 MHz) [A] Temperatura proces: -20...80oC, -4...176oF [AD] Cablu: 30m/90ft, -40...80oC, -40...176oF [AE] Set montaj: DN200-DN600, 8"-24" DN600-DN2000, 24"-80" [A1] Model dispozitiv: 1 [AI] >Limba de operare Display: Rusa [EA] >>Pachet aplicatie: Extended HistoROM (Memorie extinsă pentru stocarea datelor) [EB] Heartbeat Verification + Monitoring (Verificarea stare debitmetru/senzori) [IF] >>Service: Verificare (Certificat calibrare ISO 17025)	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe** În calitate de: **director** _____
 Ofertantul: **TECHNO TEST S.R.L.** Adresa: **Chișinău, Eminescu, 66**