

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21435417, ocde-b3wdp1-MD-1750255607628							Data: 14.07.2025	Alternativa nr.
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)							Lot:	pag. 1 din 1
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
4	33100000-1	Centrifugă de laborator (32 tuburi)	Centrifugă de laborator (32 tuburi) BKC-TL5B + rotor 5M00031	China	Biobase	Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unități Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare. obligatoriu	Centrifugă de laborator (32 tuburi) BKC-TL5B + rotor 5M00031. Este utilizată pentru separarea serului și plasmei, precipitarea proteinelor sau examinarea sedimentelor urinare. Poate stoca până la 100 de programe, memorie automată a ultimului program rulat; 20 niveluri de accelerare și 20 niveluri de decelerare reglabile; Structură complet metalică, design multistrat rezistent la explozie, solidă și durabilă; Control prin microprocesor încorporat, motor fără perii cu curent continuu, fără întreținere, funcționare lină; Ecran tactil LCD de 5 inch, afișează în timp real toți parametrii de funcționare; interfață intuitivă și simplă; Suportă personalizarea în limbi străine; Blocare integrată mecanică și electrică a ușii – ușor de utilizat, sigură și fiabilă; Garnitură integrală din silicon pentru prevenirea scurgerii aerosolilor; Funcții de autodiagnosticare: blocaj, supratemperatură, dezechilibru, supraîncălzire – cu alarme și sistem de absorbție a șocurilor. Viteză maximă 5000 rpm; Precizia vitezei ± 10 rpm; Forță centrifugă relativă maximă (RCF) 3894 $\times g$; Capacitate maximă 4 $\times$ 250 ml; Interval de timp 1s ~ 99h 59min / Continuă / Perioadă scurtă; Nivel de zgomot ≤ 65 dB(A); Alimentare electrică AC 110/220V 50/60Hzv.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 14.07.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.