

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1708255536657 din 05.03.2024

Obiectul achiziției: Echipament de laborator

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Autoclav	SUN23-III-M Autoclav, 23L, culoare alba, Class B, 220V, 50HZ, Cu imprimanta Ecran tactil mare	China	NINGBO MINGTAI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Fabricat conform normelor ISO 13485 Dimensiunile camerei: Ø 240-250 x 440-460 mm Volumul: 23 litri Cameră din inox Ecran LCD 1 suport pentru tavă, 1 mâner pentru tavă și 3 tăvi incluse Generator independent de abur Rezervor de stocare a apei amplasat deasupra camerei, ușor de curățat. Procedura de uscare: prin vacuum. Temperatura de sterilizare: +121°C și +134°C Cicluri de sterilizare: 9 programe ciclu de lucru și 3 programe testare disponibile Dispune de micro imprimantă și port USB. Putere: 220-240V.	Fabricat conform normelor ISO 13485 Dimensiunile camerei: Ø 249 x 460 mm Volumul: 23 litri Cameră din inox Ecran LCD 1 suport pentru tavă, 1 mâner pentru tavă și 3 tăvi incluse Generator independent de abur Rezervor de stocare a apei amplasat deasupra camerei, ușor de curățat. Procedura de uscare: prin vacuum. Temperatura de sterilizare: +121°C și +134°C Cicluri de sterilizare: 9 programe ciclu de lucru și 3 programe testare disponibile Dispune de micro imprimantă și port USB. Putere: 220-240V.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Romanenco Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Reloc-Com" Adresa: or. Chișinău, str. București 90