

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1669378429229 / 21068170	din 27 decembrie 2022
Obiectul de achiziție: privind achiziționarea reagenților, consumabile (accesorii și piese de schimb) pentru analizatoarele de tip închis necesare la efectuarea investigațiilor de laborator, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru anul 2023		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	
14		Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis), (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
1	33696500-0	CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare	CELLPACK DCL	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 20 lit Componenta: Sodium chloride 0,7%, Tris bufer 0,2%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
2	33696500-0	SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge	SULFOLYSER	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 3 x 500 ml Componenta: Sodium lauryl sulfate 1,7 g/L. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
3	33696500-0	LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	LYSERCELL WNR	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 5 lit. Componenta: Organic quaternary ammonium salts 0,20%, Nonionic surfactant 0,10%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 5 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
4	33696500-0	LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	LYSERCELL WDF	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 lit. Componenta: Organic quaternary ammonium salts 0,07%, Nonionic surfactant 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
5	33696500-0	FLUOROCCELL WNR 2 x 82 ml- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat	FLUOROCCELL WNR	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 x 82 ml Componenta: Polymethine 0,005%, Ethylene glycol 99,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x82 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
6	33696500-0	FLUOROCCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat	FLUOROCCELL WDF	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 x 22 ml Componenta: Polymethine 0,002%, Methanol 3,0%, Ethylene glycol 96,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
7	33696500-0	CELLPACK DFL 1 lit.-diluante pentru analiza reticulocitelor	CELLPACK DFL	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 1 lit. Componenta: Tricine buffer 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 1 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
8	33696500-0	FLUOROCCELL RET 2 x 12 ml - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat	FLUOROCCELL RET	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 x 12 ml Componenta: Polymethine 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 92,0%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x12 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
9	33696500-0	CELLCLEAN 50 ml- soluție de spălare concentrată	CELLCLEAN	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 50 ml Componenta: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
10	33696500-0	XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt)	XN CHECK	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 3 x 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3x3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
11	33696500-0	XN CAL 3 ml - calibrator	XN CAL	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
15		Lotul nr. 15 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis) (anex. 18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
15	33696500-0	Set de mentenanță anual pentru analizatorul hematologic Sysmex XN-1000	Kit de mentananta pentru 2023	Japonia	Sysmex Corporation	Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000. Kit de mentananta pentru 2023 include: - TUBE PHARMED BPT_1/4IN X 1/8IN - 1 m. - SYRINGE_ASSY NO.67 (FCM SHEATH) - 1 buc. - AIR FILTER AF20-01B-A-X2109 - 1 buc. - VALVE ASSY NO.144 - 1 buc.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**