

Specificații tehnice									
/Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8/									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 din 27.03.2023					Data: „27” martie 2023	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată de consumabile medicale și parafarmaceutice conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 (repetat) prin procedura de achiziție: Licitatie publica						Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6		8
33100 000-1	4	Masca de examinare simpla	Masca de examinare simpla	Masca chirurgicala N50 (Codul produsului:966-EL II) (Numar de inregistrare:DM000373852)	China	GUILIN HBM SANITARY PROTECTIO NS, INC	1.material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas	1.material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: albastru 4. fixator pentru nas. (pagina 1)	Declarație de Conformitate CE
33100 000-1	6	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm, cu manson (Codul produsului:IV-1) (Numar de inregistrare:DM000317111)	China	Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd.	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce in flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care isi reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărât picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0+0.1) g de apă distilată la temperatura (20+2)°C; - clemă cu rolă pentru reglarea debitului; - manson de cauciu între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 / Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce in flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care isi reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărât picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0+0.1) g de apă distilată la temperatura (20+2)°C; - clemă cu rolă pentru reglarea debitului; - manson de cauciu între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 150cm (pagina 3) - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 /2” Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. (Unde nu este indicată pagina vă rog să verificați pagina 1)	Declarație de Conformitate CE
33100 000-1	7	Set pentru cezariana	Set pentru cezariana	Set pentru cezariana (Număr de înregistrare: DM000373891; Codul Produsului: INT-8010-53)	Turcia	TOTAL İth. İhr. ve Paz. Ltd. Şti.	I. 1. cearșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clămă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru miini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc.	I. cearșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. - Pag.1 II. cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector , mărime: 200 x 300 cm - 1 buc. - Pag.2 III. cearșaf pentru nou-nascut, mărime:75 x 90 cm. 1 buc. - Pag.3 IV. Clămă ombilicală - 1 buc. - Pag.4 V. Halat chirurgical (material SMS) ranforsat, mărime: L (universală) - 2buc. - Pag.5 VI. Prosop pentru miini, mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. - Pag.6 VII. Cearșaf , mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. - Pag.7	Declaratie de conformitate CE Certificat CE
33100 000-1	8	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril (Munăr de înregistrare: DM000373889; Codul Produsului: INT-30000-05)	Turcia	TOTAL İth. İhr. ve Paz. Ltd. Şti.	”Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm (+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioaraS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc	I. Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc. - Pag.1 II. Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc. - Pag.2 III. Servetel pentru absorbție - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc. - Pag.3 IV. Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2. - Pag.4 V. Camp parte superioară. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2. - Pag.5 VI. Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc. - Pag.6	Declaratie de conformitate CE Certificat CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele:Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23