

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1785336865588 din 06.08.2026									
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 (repetat 9)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	1	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific)	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific)	D-RPR100	Marea Britanie	RAPID LABS LTD	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța dintre marginile a două godeuri alăturate: ~ 5 mm (+/- 2mm). Godeul cu adâncitură superficială (well/cerc imprimat sau ușor embosat). Adâncime recomandată: aproximativ 0,1 – 0,3 mm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea $\geq 98.0\%$ Specificitatea $\geq 98.0\%$ Pentru testele care nu sunt precalificate OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător).	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța dintre marginile a două godeuri alăturate: ~ 5 mm (+/- 2mm) - da, 4 mm. Godeul cu adâncitură superficială (well/cerc imprimat sau ușor embosat) - da. Adâncime recomandată: aproximativ 0,1 – 0,3 mm - da) - Declarație de la producător privind specificații tehnice cardului se anexează. 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea = 98.73% Specificitatea = 99,92% Pentru testele care nu sunt precalificate OMS prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător - Declarația privind certificatul privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător se anexează. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale - DM000894733

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9