

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1552462952117	Data: 22 mart 2019, 11:00 - 3 apr 2019, 13:00	Alternativa nr.: nu
Denumire a licitației:	Filme si consumabile radiologice	Lot:	Pagina:

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33141200-2	4 Seringi 100 ml	SYPET 100 ml	SUA	Nemoto/Coeur	angio compatibile cu injectomatul Nemoto 100ml	Seringa Nemoto 100ml CT, 2.1MPa (300 psi 21kgf/cm2) Garantie minim 12 luni	ISO, CE
33141200-2	7 Cateter 18 G	000110813	Franta	Vygon	venos periferic angio Mărime: 18G;	venos periferic angio Mărime: 18G; Garantie minim 12 luni	ISO, CE
33141200-2	6. Cateter 22 G	000110810	Franta	Vygon	venos periferic angio Mărime: 22G;	venos periferic angio Mărime: 22G; Garantie minim 12 luni	ISO, CE
33141200-2	7. Linie extensie	220.150	Franta	Vygon	pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta, 1.5m	pentru pompa angio, rezistente la presiune, strat triplu (PVC/EVA/PE), diametrul 2.5-4.0mm, lungime 150cm Garantie minim 12 luni	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**