

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655712720171 / 21058659 din: 08.07.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Procurarea utilajului medical

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
3	Microscop stereoscopic	SB.1903	Netherlands	Euromex	Destinat pentru activități de laborator • Cap optic: Trinocular inclinabil 45°, rotativ 360°, 2-porturi foto de 100/0 și de 0/100 • Mod de observare: Camp luminos • Magnificare: 0.7x...4.5x; factor de marire / zoom 6.43:1 • Oculare: WF 10x/21mm, indicator "high eye-point" • Ajustare dioptrică: compensată pentru ambele oculare • Distanța interpupilară: ajustabilă între 51mm și 75mm • Obiective: acromatice parfocal 0.7x...4.5x • Distanța de lucru de 100 mm • Foculizare angrenaj de roata dintată cu cremaliara controlate de o pereche de butoane plasate pe lateral, Buton de ajustare a intensității tensiunii de reglare a focalizării • Iluminare: dubla reglabilă pentru iluminare transmisă și incidentă, unghiul de iluminare reglabil, 2 lampi de halogen de 12 V/15 W • Platforma: Discuri de contrast albe și negre, disc matuit pentru iluminarea transmisă, cleme fixare mostrele • Alimentare: 100-240V AC / 6V DC	Destinat pentru activități de laborator • Cap optic: Trinocular inclinabil 45°, rotativ 360°, 2-porturi foto de 100/0 și de 0/100 • Mod de observare: Camp luminos • Magnificare: 0.7x...4.5x; factor de marire / zoom 6.43:1 • Oculare: WF 10x/21mm, indicator "high eye-point" • Ajustare dioptrică: compensată pentru ambele oculare • Distanța interpupilară: ajustabilă între 51mm și 75mm • Obiective: acromatice parfocal 0.7x...4.5x • Distanța de lucru de 100 mm • Foculizare angrenaj de roata dintată cu cremaliara controlate de o pereche de butoane plasate pe lateral, Buton de ajustare a intensității tensiunii de reglare a focalizării • Iluminare: dubla reglabilă pentru iluminare transmisă și incidentă, unghiul de iluminare reglabil, 2 lampi de halogen de 12 V/15 W • Platforma: Discuri de contrast albe și negre, disc matuit pentru iluminarea transmisă, cleme fixare mostrele • Alimentare: 100-240V AC / 6V DC	

10	Centrifuga de laborator cu max. 8000-rot/min, reglabila cu diverse rotoare pentru tuburi de capacități diferite, max 100 ml,	HC-16A	China	Zenith Lab	Centrifugă de laborator cu max. 8.000 rot/min, reglabilă. Rotorul cu minim 4 locasuri cu adaptoare pentru tuburi cu volum de 5ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml. Mecanism de protecție ce împiedică pornirea centrifugării în cazul care capacul este ridicat. Sistemul de protecție pentru oprirea centrifugării în cazul depășirii vitezei maxime sau în cazul unui dezechilibru al rotorului, blocarea capacului în timpul funcționării Camera interioară din inox La momentul livrării echipamentului trebuie să fie inclus în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare ” Institutului Național de Metrologie, buletin de verificare metrologică inițială Instalarea și instruirea personalului la sediu destinatarului final. Deservire gratuită, perioada de garanție minim 2 ani din momentul instalării echipamentului. Manualul de utilizare tradus în Limba Română	Centrifugă de laborator cu max. 16.000 rot/min, reglabilă. Rotorul cu minim 4 locasuri cu adaptoare pentru tuburi cu volum de 5ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml. Mecanism de protecție ce împiedică pornirea centrifugării în cazul care capacul este ridicat. Sistemul de protecție pentru oprirea centrifugării în cazul depășirii vitezei maxime sau în cazul unui dezechilibru al rotorului, blocarea capacului în timpul funcționării Camera interioară din inox La momentul livrării echipamentului trebuie să fie inclus în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare ” Institutului Național de Metrologie, buletin de verificare metrologică inițială Instalarea și instruirea personalului la sediu destinatarului final. Deservire gratuită, perioada de garanție minim 2 ani din momentul instalării echipamentului. Manualul de utilizare tradus în Limba Română	
12	Higrometru psihrometric (VIT-2)	VIT-2	Rusia	Steklopribor	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	
17	Balanță electronică cu precizia: 0,01	ZJ-5002	China	Zenith Lab	Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cântărirea pînă la 500 g. Calibrare internă. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 și 13485 de la producător, Declarație de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Național de Metrologie., Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusă. Certificat de etalonare	Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cântărirea pînă la 500 g. Calibrare internă. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 și 13485 de la producător, Declarație de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Național de Metrologie., Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusă. Certificat de etalonare	

27	Agitator Vortex pentru agitare-omogenizare	Vortex 3000	China	Shinetek Instrument Research Institute / Wiggins	Specificația tehnică deplină a echipamentului Este o centrifugă "deschisă" (fără capac) Caracteristici: - viteza ajustabilă între 0-2500 RPM - mod de lucru la atingere sau continuu (prin apăsarea butonului ON/OFF) - tip de mișcare orbitală - amplitudine - 4 mm - eprubete - 1,5...50 ml, diametru maxim 20 mm - volum maxim de agitare - 30 ml - carcasa din aluminiu - putere motor 58 W - alimentare 220V, 50 Hz (cu alimentator extern 12 V, 500 mA) Instrucțiunea de utilizare Manualul de utilizare tradus în limba română&rusă. Instalare și instruirea personalului la sediul utilizatorului	Specificația tehnică deplină a echipamentului Este o centrifugă "deschisă" (fără capac) Caracteristici: - viteza ajustabilă între 0-3000 RPM - mod de lucru la atingere sau continuu (prin apăsarea butonului ON/OFF) - tip de mișcare orbitală - amplitudine - 4 mm - eprubete - 1,5...50 ml, diametru maxim 20 mm - volum maxim de agitare - 30 ml - carcasa din aluminiu - putere motor 58 W - alimentare 220V, 50 Hz (cu alimentator extern 12 V, 500 mA) Instrucțiunea de utilizare Manualul de utilizare tradus în limba română&rusă. Instalare și instruirea personalului la sediul utilizatorului	
35	Pompă cu vacuum	Vacuum pump V430	China	Shinetek Instrument Research Institute / Wiggins	capacitatea 25-35 l/min, max vacuum 200mbar, presiune max 30 psi, puterea 150-180watt, indicator presiune vacuum, cu regulator material inox, compatibilă pentru a funcționa la rotoevaporatoare alimentare 220V	capacitatea 28 l/min, max vacuum 200mbar, presiune max 30 psi, puterea 150-180watt, indicator presiune vacuum, cu regulator material inox, compatibilă pentru a funcționa la rotoevaporatoare alimentare 220V	

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301