

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Institutul de Medicină Urgență

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1709627543822 / 21181855	din 28 martie 2024
Obiectul de achiziție: Deservire și întreținere dispozitive medicale - 2024		

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
4	50421000-2	4. Analizator hematologic Sysmex KX – 21N	KX-21N	Sysmex	Japonia	– Curățați camera de TD și linia de proba diluată. (Execute închidere.) – Verificați nivelul Camera capcană, și aruncați în cazul în care consideră. – Curățați supapa rotorului (SRV) ȧva ęșantion. • Ȑntreținerea lunară (sau la fiecare 2500 Probele) – Curățați camera de deșeuri (clătire secvență). – Curățați traductorul (clătire secvență). • Fiecare Ȑntreținere de 3 luni (sau la fiecare 7500 de probe) – Curățați supapa rotorului ęșantion (SRV). • Ȑntreținere de necesități – Auto Clătiți – Curățați Cupa clătire. – WBC / RBC Clean traductor deschidere. – Ȑnlocuiți rezervorul de deșeuri <u>Serviciile vor fi prestate trimestrial</u>	Conform condiȋiilor licitaȋiei	Conform Anunțului de participare pct. 16.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**Ȑn calitate de: **Director**Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**