

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731408694133
Denumirea procedurii Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (repetat)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 7						
Pat pentru terapie cu aer fluidizant	LI-7	Japonia	KEISEI MEDICAL INDUSTRIAL CO., LTD	Lungime ≥ 2200 mm Lățime ≥ 905 mm Înălțimii ≥ 850 mm Înălțimea pacientului admisă ≥ 2000 mm Greutatea maxima a pacientului ≥ 130 kg Greutatea bilelor: diapazon între 425 - 550 kg Intervalul de reglare a temperaturii bilelor: 30-38 °C Mecanism de blocare a roților Obligatori Filtru de aer Obligatori Alarmă sonoră Obligatori Fluxul de aer în diapazonul de: 1.25 - 1.7 m3/min Monitorizarea temperaturii bilelor Obligatori Prevenirea dezvoltării bacteriilor prin Ph în bile Obligatori Programa de pulsare reglabila Obligatori	Lungime 2200 mm pag.29 Operation manual Lățime 905 mm pag.29 Operation manual Înălțimii 880 mm pag.29 Operation manual Înălțimea pacientului admisă 2000 mm pag.29 Operation manual Greutatea maxima a pacientului 135 kg pag.29 Operation manual Greutatea bilelor 425 kg pag.29 Operation manual Intervalul de reglare a temperaturii bilelor: 25-38 °C pag.29 Operation manual Mecanism de blocare a roților pag.14 Operation manual Filtru de aer pag.25 Operation manual Alarmă sonoră pag.18 Operation manual Fluxul de aer în diapazonul de 1.7 m3/min pag.29 Operation manual Monitorizarea temperaturii bilelor DA, Pag. 9 Operational Manual Prevenirea dezvoltării bacteriilor prin Ph în bile DA, Pag. 2 Operational Manual	CE/ DM000695868

				Buton de oprire de urgență Obligatoriu Afișare timp de lucru rămas Obligatoriu Alimentarea: 200-240v 50/60hz Accesorii/Materiale consumabile: Microsfere: 16 -18 cutii de 25 kg fiecare. Filtru de aer ≥ 1 buc Cearșaf special superior, filtru pentru pacient ≥ 1 buc Cearșaf suplimentar din polietilena ≥ 1 buc Cearșaf principal dispus in cascada de cearșafuri ≥ 1 buc Cearșaf hidrofug pe care doarme direct pacientul ≥ 2 buc Cearșaf absorbant de apa pe care doarme pacientul (alt tip) ≥ 2 buc Garanție 36 luni Manual de utilizare romana și (engleză sau rusă).	Programa de pulsare reglabila DA, Pag. 13 Operational Manual Buton de oprire de urgență pag.14 Operation manual Afișare timp de lucru rămas DA, Pag. 10 Operational Manual Alimentarea: 200-240v 50/60hz pag.29 Operation manual Accesorii/Materiale consumabile: Microsfere: 16 -18 cutii de 25 kg fiecare. DA Filtru de aer 1 buc DA Cearșaf special superior, filtru pentru pacient 1 buc DA Cearșaf suplimentar din polietilena 1 buc DA Cearșaf principal dispus in cascada de cearșafuri 1 buc DA Cearșaf hidrofug pe care doarme direct pacientul 2 buc DA Cearșaf absorbant de apa pe care doarme pacientul (alt tip) 2 buc DA Garanție 36 luni DA Manual de utilizare romana și (engleză sau rusă). DA pag.29 Operation manual	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău