

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul COP 21071222 din 24.01.2023

Data: 24.01.2023

Denumirea COP: Achiziționarea de consumabile pentru dispozitive medicale  
conform necesitatilor IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie pentru anul 2023

Pag. 1 din 1

|    | Denumirea                                                                                                                    | Produce-<br>tor | Tara de<br>origine | Canti-<br>tatea | u/m | Descrierea tehnică<br>solicitata de<br>oferant                                                       | Descrierea tehnică propusă de<br>oferant                  | Std. de<br>ref. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 2  | Consumabile pentru ECG (Hîrtie ECG p/u imprimantă 210mm x 30m, termostabilă)                                                 | Ceracarta       | Italia             | 50              | buc | cu suprafata lucioasa, termostabila                                                                  | Hirtie p-u Electrocardiograf 210x30 cm, DELTA 60, d=20 mm | CE, ISO         |
| 7  | Consumabile pentru Laringoscop (Bec 2.5V)                                                                                    | Kawe            | Germania           | 30              | buc | 2.5V, pentru Laringoscop                                                                             | Lampa p-u lama de laringoscop, 0.58/2.5 V/ 12.75127.003   | CE, ISO         |
| 23 | Piese de schimb pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" (Baterie (set de acumulatori | GE              | SUA                | 3               | buc | Baterie (set de acumulatori) de tip Backup Battery, compatibila cu statia de anestezie GE Avance CS2 | BTRY SEALED LEAD ACID RECHARGEABLE 12V/ 1009-5682-000-S   | CE, ISO         |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL \_\_\_\_\_ Adresa: \_mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel./fax: (022) 54 73 73.