

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP						
Obiectul achiziției: Utilaj frigorific						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cameră de oxigen hiperbarică	HP1501-90-1.5ATA	China	<u>MACY-PAN</u>	<p>Cameră de oxigen hiperbarică – în care un mediu de înaltă presiune este utilizat în primul rând pentru tratarea diferitor boli. Cameră de terapie cu oxigen pentru tratarea unui pacient la un moment dat.</p> <p>Componenta unui sistem de cameră de oxigen hiperbarică: Cameră hiperbarică – 1 buc.; Concentrator de O₂ – 1 buc.; Sistem de aer condiționat – 1 buc.;</p> <p>Specificația tehnică: 1. Corpul camerei: - Cameră hiperbarică de tip dur, negonflabilă; - Diametru – 90±1 cm; - Lungimea cabinei – 230±10 cm; - Materialul corpului – Aluminiu sau altul; - Geam – policarbonat; - Volum intern – minim 1450 litri; - Greutatea pacientului suportată – minim 125 kg; - Număr de locuri – 1; - Timp de utilizare neîntrerupt - ±180 minute; - Durata maximă a terapiei - ±90 minute; - Presiune – minim 50kPa sau 0,5 bar; - Protecție – Clasa I, IP44 sau altele; - Rezistență la coroziune – da; - Siguranță – pană de curent, suprapresiune; - Voltaj – 220-230V/50Hz; - Afișare erori, alarme, alerte – obligatoriu până de curent, presiune scăzută și înaltă,</p>	Conform Documentului atasat „Specificatii tehnice”	ISO 9001 ISO13485 CE

			<p>temperatură ridicată, concentrație de O₂ scăzută și altele;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putere – maxim 600/800VA; <p>2. Funcționarea camerei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcții de control dublate – minim start/stop și altele; - Interfon – da; - Viteza de compresie și decompresie – da; - Sistem de presiune controlat automat – da; - Temperatura camerei – da; - Orasesiunii – da; - Conectivitate Wi-Fi – da; <p>3. Concentrator O₂:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debitul de O₂ – 2-10 LPM; - Puritatea oxigenului – 2-9 LPM minim 89% și pentru 10LPM minim 87%; - Nivel de zgomot – maxim 60db; - Set de filtre – minim 1; - Mediul de operare – 5° C până la 40° C și până la 95% umiditate; <p>4. Sistem de AC (frigider cu recirculare/frigider);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fluctuații de temperatură - ±0,1°C; - Interval de temperatură – 10-30°C sau mai mare; - Temperatura și umiditatea mediului ambiant – 10°C până la 35°C sau mai mare și 30% până la 70% sau mai mare; - Nivel de zgomot în modul standby – maxim 60dB(A); - Anul de producere – 2024; - Prețul va include inclusiv livrarea, instalarea, darea în exploatare și instruirea. - Garanția bunurilor – minim 24 luni. - Livrarea până la 90 de zile lucrătoare de la semnarea contractului. 	
--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator
Ofertantul: TEHNOLIDER Adresa: Mesterul Manole 9/8a

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP									
Obiectul de achiziției: <u>Utilaj frigorific</u>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fărăTVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33172100-7	Cameră de oxigen hiperbarică	set	1	777 777,00	933 332,40	777 777,00	933 332,40	până la 90 de zile lucrătoare	MD59TRPBAA314110C00852AC
TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator
Ofertantul: TEHNOLIDER Adresa: Mesterul Manole 9/8a