

Lampă chirurgicală pentru operații cu 2 sateliți

Descriere	Lampă fără umbre pentru iluminarea câmpului operator cu 2 sateliți		
Parametrul		Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificația tehnică deplină Propusă
Descriere	Lampă chirurgicală destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan	da	da
Caracteristici tehnice	Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)	da	da
	Numărul de sateliți	2	2
	Numărul de leduri pentru ambi sateliti	≥ 150 unit.	262
	Temperatura culorii	3800- 4500 K	3800±200K 4400±200K 5000±200K
		reglabilă	reglabilă
	Indexul de culoare RA	≥ 98	da
	Indexul de culoare rosu R9	≥ 99	da
	Diametru satelitului 1	≥ 560 mm	760mm
	Diametru satelitului 2	≥ 700 mm	760mm
Dimensiunea câmpului, cm	Diametrul	20 - 38 cm	da
	Adâncimea maxima	≥ 1400 mm	da
	Distanța de lucru	0.7-1.7 m	da
	Nivelul de iluminare la 1 m distanță pentru abii sateliti	≥ 300 000,00 lux	≥150,000Lux/≥150,000Lux
Rotația minim		300 grade	da
Ajustare pe verticală, cm		≥80	da
Cresterea temperaturii în campul operator		<1° C	da
Alimentarea	Rețeaua electrică	220V, 50Hz	da
Durata medie de viață a LED-urilor		min. 50.000 h	da
Mișcarea capului luminos		≥ 3 grade de libertate	da
Mînere		detașabile sterilizabile	da
Panou de control tip touch screen		integrat în lampa principal	da

Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video	Prezenta modulul bluetooth	da	da
Înălțimea podului		3- 4 m	min 2.9m
Manual de utilizare în limba română		Da, Se va prezenta la livr	da
Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor gra		Da	da
Anul fabricarii 2018 sau 2019		Da	da