

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție . ocds-b3wdp1-MD-1768371958315 / 21545247 din 14 ianuarie 2026
Obiectul achiziției Achiziționarea Consumabilelor compatibile cu Coagulometru INR din cadrul Centrelor Accidentelor Vasculare Cerebrale (AVC) pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Consumabile (stripuri) - echivalent cu codul CHB0025AA compatibile cu Coagulometru INR (microINR Expert, iLine)	CHB0025 AA	Spania	iLine Microsyst ems S.L.	Tip analize incluse într-o probă: *Coagulare - cel puțin (PT, INR); Componentele ce necesită a fi livrate pentru realizarea unei probe: *Test (chip) - ce conține tromboplastine recombinat umane sub formă de reagent, code de referință /echivalent: CHB0025AA; *Lancetă atraumatică; Certificare: Test (chip) să posede certificare CE; Cerințe față de dispozitiv (în cazul oferiiri gratuit): *Interval de măsurare: cel puțin în tot diapazonul 0.8 - 4.5 INR; *Unitate de măsură: INR, secunde; *Tip probă: sânge capilar; *Volum probă ≤ 10 µL; *Timpul de emitere a rezultatului după aplicarea probei ≤ 100 secunde; *Display pentru afișarea rezultatelor - da; *Data și ora pot fi setate - da;	Tip analize incluse într-o probă: *Coagulare - (PT, INR); Componentele ce necesită a fi livrate pentru realizarea unei probe: *Test (chip) - ce conține tromboplastine recombinat umane sub formă de reagent, code de referință pentru o cutie cu 25 buc: CHB0025AA ; Cod de referinta pentru 1 buc. Chip : CHB0001UU *Lancetă atraumatică; Certificare: Test (chip) posedă certificare CE	CE/ISO

				*Memorie internă: cel puțin 100 rezultate cu dată și oră; *Baterii / acumulator în set cu dispozitivul - integrat sau separat; *Încărcător - doar în cazul în care dispozitivul este echipat cu acumulator intern; *Dispozitiv pentru aplicarea lancetelor -da; *Dispozitivul va fi echipat cu toate componentele necesare pentru buna funcționare a acestuia. **Înregistrare - Dispozitivul să fie înregistrat în registrul de stat al dispozitivelor medicale; *Instrucțiuni - dispozitivul va fi furnizat în set cu instrucțiuni de utilizare în limba de stat (la solicitare se va prezenta și în format electronic); *Instrucțiuni - dispozitivul va fi furnizat în set cu un ghid rapid de utilizare în limba de stat (la solicitare se va prezenta și în format electronic); Numărul de dispozitive oferite în raport cu cantitatea de probe solicitate: 13 dispozitive pentru fiecare IMSP -beneficiar.		
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova
