

		Specificații tehnice (F4.1)								
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]										
Numărul licitației:			LP nr. /M Tender ID ocds-b3wdp1-MD-1620308448517					Data: 07.06.2021 Alternativa -		
Denumirea licitației:			Achiziționarea- implanturi traumatologico - ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021					Lot: 37 Pag 1 din 18		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7		8

331 0000 0-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10289	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	360Left - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poate fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tije; - Instrumentariu cît și tije și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	---	--	-------	--------------------------------------	-----------------	--	-----------------------

331 0000 0-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10290	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	3680Left - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	---	--	-------	--------------------------------------	-----------------	---	-----------------------

331 0000 0-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10291	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	400Left - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2 set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	---	--	-------	--------------------------------------	-----------------	---	-----------------------

331 0000 0-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10354	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	380 Right - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	---	--	-------	--------------------------------------	-----------------	--	-----------------------

331 0000 0-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10355	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	400 Right - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poate fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	---	--	-------	--------------------------------------	-----------------	---	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	Locking Bolt 5.0mm, REF SP05.SS03268	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Conform FDA	L 60 mm - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tijă este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poate fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	---	-------	--------------------------------------	----------------	--	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10305	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	360 Left - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin afit pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	--	-------	--------------------------------------	-----------------	---	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10306	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	380 Left - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	--	-------	--------------------------------------	-----------------	---	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10307	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	400 Left - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin afit pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	--	-------	--------------------------------------	-----------------	---	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10369	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	360 Right - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	--	-------	--------------------------------------	-----------------	--	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10370	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	380 Right - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poate fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vârf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	--	-------	--------------------------------------	-----------------	---	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	ELEGANT Antegrade Femur Nail (Long) REF SP05SS.10371	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Confor m FDA	400 Right - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tija este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterogradvariantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poate fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	--	-------	--------------------------------------	-----------------	---	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	Locking Bolt 5.0mm, REF SP05.SS03261	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Conform FDA	L 46 mm - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tijă este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poate fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	---	-------	--------------------------------------	----------------	--	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	Locking Bolt 5.0mm, REF SP05.SS03263	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Conform FDA	L 50 mm - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tijă este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poate fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	---	-------	--------------------------------------	----------------	--	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	Locking Bolt 5.0mm, REF SP05.SS03268	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Conform FDA	L 60 mm - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tijă este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poate fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	---	-------	--------------------------------------	----------------	--	-----------------------

331 0000 0-1	34	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	Locking Bolt 5.0mm, REF SP05.SS03271	India	Sharma ORTHO SYSTEM PVT LTD	Conform FDA	L 66 mm - varianta electronica a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare este atasata. - Tijă este canulată cu design, permite implantarea fără alezaj; - poate fi introdusă anterograd,variantă standart (permite zăvorirea cu șuruburi de 5,0 mm), poate fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6.3 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală: 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție - la un unghi de 125° față de axa tijei centromedulare; - obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - gaura distala la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizeze în 2 planuri perpendiculare și o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele se livreaza cu 2set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar au poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cît și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj - cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hîrtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
--------------------	----	---	--	---	-------	--------------------------------------	----------------	--	-----------------------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Axentii Olga** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL SALMED GRUP** Adresa: **mun. Chisinau, str. Gh. Casu, 12 ap 3**