

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: [ocds-b3wdp1-MD-1756821228746](#)

Denumirea licitației: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 5)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	YA-D6-4	China	ZHANGJIANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare DA Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții DA Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA Funcționalități poziționare sedentară DA pag.3 poziționare Trendelenburg DA pag.3 poziționare anti-Trendelenburg DA pag.3 Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu DA pag.3 Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 220 kg DA pag.2 Înălțime Ajustabilă 78 cm pag.2 Rotile Diametru 12.5 cm pag.2 Sistem de blocare la minim 2 rotile pag.3 Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a	Declaratia de conformitate, ISO 9001 ISO 13485 ISO 45001 DM000843698

				patului (stânga, dreapta) Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cântar electronic pacient da Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul prodului oferit antidecubit + accesorii da, să se indice codul produsului oferit	patului (stânga, dreapta) pag.1 Extensia lungimii patului Da, opțional Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm da Cântar electronic pacient da Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din TPR+Nylon Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică, există o baterie de rezervă care poate fi utilizată în caz de pană de curent. Alimentare 220 V, 50 Hz DA Saltea ortopedică, lavabilă DA, MK-M01 grosimea 14 cm DA husă cu fermoar da, MK-M01 antidecubit + accesorii da, MK-M01	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
În calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău