

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocde-b3wdp1-MD-1729693103546
Obiectul achiziției: “Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (repetat)”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Injector automat al mediului de contrast cu 2 seringi LOT 10	Imastar CDP	China	Antmed	Descriere: Angiomat cu 2 seringi este un dispozitiv medical folosit pentru injectarea agentului de contrast în timpul procedurilor de imagistică medicală, cum ar fi angiografia sau tomografia computerizată (CT). Acesta constă din două seringi pentru injectare, un sistem de conectare și un dispozitiv de control al fluxului de contrast. Parametrul Specificația: Display LCD/Touch screen Date afișate : Alarmer Rata Volum infuzat Parametri injectorului: Capacitatea seringi acceptate minim 200 ml / seringă. Presiunea de injecție minimum 300 psi. Rata fluxului minim 0.1ml/s. Funcție de evacuarea a aerului. Cantitate seringi concomitent 2. Metoda de livrare a fluidului pe bază de piston. Controlul fluxului de contrast Touch screen, butoane sau manete de control. Consola de control cu conectare prin wi-fi sau cablu. Alarmer și indicatori: Bula de aer da Eroare de sistem da Set decuplat da	Descriere: Da, Angiomat cu 2 seringi este un dispozitiv medical folosit pentru injectarea agentului de contrast în timpul procedurilor de imagistică medicală, cum ar fi angiografia sau tomografia computerizată (CT). Acesta constă din două seringi pentru injectare, un sistem de conectare și un dispozitiv de control al fluxului de contrast. Parametrul Specificația: Da, Display LCD/Touch screen – pag. 2 Product data Imastar CDP (Color touch-screen) Date afișate : Da, Alarmer – pag. 14 Imastar CDP operating manual (Control Room Unit Safety Screen - Warnings), pag. 2 Product data Imastar CDP (Safety) Da, Rata - pag. 16 Imastar CDP operating manual (Home screen figure 9 - Flow rate), pag. 1 Product data Imastar CDP (Specifications – Flow rate) Da, Volum infuzat - pag. 16 Imastar CDP operating manual (Home screen figure 9 - Volume), pag. 1 Product data Imastar CDP (Specifications – Volume) Parametri injectorului: Da, Capacitatea seringi acceptate minim 200 ml / seringă - pag. 1 Product data Imastar CDP, pag. 44 Imastar CDP operating manual Da, Presiunea de injecție 325 psi - pag. 1 Product data Imastar CDP, pag. 44 Imastar CDP operating manual Da, Rata fluxului minim 0.1ml/s - pag. 1 Product data Imastar CDP (flow rate) si pag. 44 Imastar CDP operating manual (flow rate)	DM 0003658 70

				Rezervor gol da Alarmă ocluzie da Alarmă vizuală da Alarmă sonoră da Alimentarea la rețea electrică: 220 V, 50 Hz. Accesorii: Suport - troleu mobil cu roți. Set cu seringi de unica folosință compatibile cu injectorul 50 buc.	Da, Funcție de evacuarea a aerului - pag. 2 Product data Imastar CDP (air purging) si pag. 22 Imastar CDP operating manual (air expelled function) Da, Cantitate seringi concomitent 2 - pag. 1 Product data Imastar CDP si pag. 30 Imastar CDP operating manual (simultaneous injection) Da, Metoda de livrare a fluidului pe bază de piston - pag. 1 Product data Imastar CDP (Piston rod) si pag. 44 Imastar CDP operating manual (Piston rod control) Da, Controlul fluxului de contrast Touch screen, butoane sau manete de control - pag. 8 Imastar CDP operating manual (injection volume and rate) si pag. 10 Imastar CDP operating manual (touch screen of the display) Da, Consola de control cu conectare prin wi-fi sau cablu - pag. 10 Imastar CDP operating manual (Wireless Communications Box) si pag. 47 Imastar CDP operating manual (Wireless Communications) Alarme și indicatori: Da, Bula de aer - pag. 2 Product data Imastar CDP (Safety) si pag. 14 Imastar CDP operating manual (Control Room Unit Safety Screen - Warnings) Da, Eroare de sistem - pag. 2 Product data Imastar CDP (Safety) si pag. 14 Imastar CDP operating manual (Control Room Unit Safety Screen - Warnings) Da, Set decuplat - pag. 2 Product data Imastar CDP (Safety) si pag. 14 Imastar CDP operating manual (Control Room Unit Safety Screen - Warnings) Da, Rezervor gol - - pag. 2 Product data Imastar CDP (Safety) si pag. 14 Imastar CDP operating manual (Control Room Unit Safety Screen - Warnings) Da, Alarmă ocluzie - pag. 2 Product data Imastar CDP (Safety) si pag. 14 Imastar CDP operating manual (Control Room Unit Safety Screen - Warnings) Da, Alarmă vizuală - pag. 2 Product data Imastar CDP (Safety) si pag. 14 Imastar CDP operating manual (Control Room Unit Safety Screen - Warnings) Da, Alarmă sonoră - pag. 2 Product data Imastar CDP (Safety) si pag. 14 Imastar CDP operating manual (Control Room Unit Safety Screen - Warnings) Da, Alimentarea la rețea electrică: 220 V, 50 Hz - - pag. 1 Product data Imastar CDP pag. 44 (Power	
--	--	--	--	--	---	--

					supply) si Imastar CDP operating manual (Power supply) Accesorii: Da, Suport - troleu mobil cu roți - pag. 11 Imastar CDP operating manual + poze Product data Imastar CDP Da, Set cu seringi de unica folosință compatibile cu injectorul 50 buc. - Antmed CT Dual syringe order code 100107	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)