

SPECIFICAȚII TEHNICE**Solicitant: IMSP Institutul Mamei și Copilului**

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1744376646689 / 211402561	din 24 aprilie 2025
----------------------------------	--	---------------------

Obiectul de achiziției :	Reactivi și consumabilelor de laborator (repetat)
--------------------------	---

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
4	33600000-6	Lot 4//Test ureazic rapid	тест – система ХЕЛПИЛ (AMA RUT 10)	Rusia	ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»	Pentru determinarea Hpilory din mucusitatea gastrică. Durata mica de investigație. Se poate păstra la temperatura camerei.	Test Rapid pentru determinarea H.pilory din mucusitatea gastrică. Durata mica de investigație - < 5 min. Temperatura de păstrare - +15°C - +50°C	ISO, CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**