

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							Data: „29” 11 2024		Alternativa nr.:			
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1729693103546												
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (repetat)										Pagina: din		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă					Specificația tehnică propusă de operatorul economic		standarde de referință
1	2			3	4	5	6					7		8
33100 000-1	1	Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	XG1.U	China	Shinva	Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzitură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametru Specificația încălzire orizontală.Construcția interioară din oțel inox. Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da. Alarmă acustică, vizuală. Durata sterilizării reglabilă da. Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe. Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da. Control electronic Microprocesor. Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da. Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare da. Autoclav dotat cu o ușă - da Suprafața exterioară să nu se încălzească. Imprimantă termică da. Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED. Monitorizarea în timp real: temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital). Ciclu de sterilizare: ciclu de presiune pozitivă ciclu de vacuum. Preși post vacuum selectabil. Filtrarea aerului, filtru HEPA. Sistem de răcire a aburului pentru drenaj da. Sistem de uscare da. Facilități de setare timp temperatura Volum interior minim 100 l. Rafturi minim 2 buc. Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C. Precizie temperatură ± 2°C. Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da. Rezervor minim 100 litri din care autoclavul preia apa necesară pentru sterilizare da. Înregistrator date da.Imprimantă termică obligatoriu.Tip date imprimate pe hârtie: data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz.					Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzitură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametru Specificația încălzire orizontală.Construcția interioară din oțel inox. Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da. Alarmă acustică, vizuală. Durata sterilizării reglabilă da. Regimuri de sterilizare presetate 5 programe. Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da. Control electronic Microprocesor. Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da. Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare da. Autoclav dotat cu o ușă - da Suprafața exterioară să nu se încălzească. Imprimantă termică da. Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED. Monitorizarea în timp real: temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital). Ciclu de sterilizare: ciclu de presiune pozitivă ciclu de vacuum. Preși post vacuum selectabil. Filtrarea aerului, filtru HEPA. Sistem de răcire a aburului pentru drenaj da. Sistem de uscare da. Facilități de setare timp temperatura Volum interior minim 100 l. Rafturi minim 2 buc. Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 138 grade C. Precizie temperatură 1°C. Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da. Rezervor minim 100 litri din care autoclavul preia apa necesară pentru sterilizare da. Înregistrator date da.Imprimantă termică obligatoriu.Tip date imprimate pe hârtie: data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz.		Numar de inregistrare RSDM: DM000397637
Semnat: 29 11 2024 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director														
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: 6, str. Vasile Lupu, or. Durlesti, Republica Moldova														