

Паспорт

Колбы с тубусом (Бунзена)

ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначены для использования совместно с воронками Бюхнера для фильтрации газов и жидкостей при пониженном давлении.

2. Основные технические характеристики

Номинальная емкость, мл	Диаметр колбы, мм		Размеры горловины		Высота, мм	
	Исп. 1	Исп. 2	Исп. 1: Ø внутренний	Исп. 2: обозначение конусов по ГОСТ 8682	Исп. 1	Исп. 2
100	-	65 ± 2,0	-	19/26	-	110 ± 5,0
125	77 ± 2,0	-	23 ± 1,0	-	125 ± 5,0	-
250	93 ± 2,0	84 ± 2,0	32 ± 1,0	29/32	147 ± 5,0	146 ± 5,0
500	118 ± 2,0	104 ± 2,0	32 ± 2,0	29/32	193 ± 5,0	175 ± 5,0
1000	140 ± 2,0	132 ± 2,0	38 ± 2,0	29/32	230 ± 5,0	211 ± 5,0
2500	185 ± 2,0	-	49 ± 2,0	-	286 ± 5,0	-
5000	235 ± 3,0	-	56 ± 2,0	-	349 ± 5,0	-

- Колбы с тубусом изготовлены по ТУ 4320-012-29508133-2009 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 23932.
- Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
- Номинальная емкость в обозначении и наименовании колб является условной.
- Исполнение 1 - без взаимозаменяемого конуса, исполнение 2 - с взаимозаменяемым конусом.
- Диаметр тубуса, мм - 4 ± 1.
- Колбы должны выдерживать предельное остаточное давление не более 13,33 ГПа (10 мм рт. ст.).

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие колб с тубусом (Бунзена) требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 и ГОСТ 23932 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приеме

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

Грузинцев С.А.

