

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1628842462741 din 20.08.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Spectrofotometrul pentru cuantificarea acizilor nucleici (Repetat 2)

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
33100000-1	Spectrofotometru de laborator pentru cuantificarea acizilor nucleici	NanoDrop Lite	Singapore	Thermo Fisher	Conform caietului de sarcini	Controlul Instrumentului	Control local	
						Volumul minim al probei	1 µL	
						Sursa de lumină	Diode emițătoare de lumină	
						Gama lungimii de undă	260 și 280 nm	
						Precizia de absorbție	3% (1.05 Abs la 260 nm)	
						Limita inferioară de detectare	≥ 4 ng/µL (dsDNA)	
						Concentrația maximă	≥ 1500 ng/µL (dsDNA)	
						Compatibilitate software	Control autonom cu export de date prin USB Flash Drive	
	TOTAL							

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau