

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754311939142						Data: 03/10/2025	Alternativ a nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)							Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standard e de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	6	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	Ansa electrochirurgicala ovala 10mm (Codul produsului:S D-T 1024230)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935), Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935), Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000641497
33100000-1	7	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	Ansa electrochirurgicala ovala 15mm (Codul produsului:S D-T 1524230)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936), Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936), Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000641497

33100000-1	8	Ansa electrochirurgică ovală 20mm (006937)	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937)	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (Codul produsului:S D-T 2024230)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937), Ansa electrochirurgicală ovală 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937), Ansa electrochirurgicală ovală 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000641497
33100000-1	15	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	Set de tuburi pentru ventilare (AL-1303-060.V002) N1 (Codul produsului:A L-1303-060.V002)	Turcia	MEDITERRANEA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945), Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă,fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35, Bucată	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945), Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă,fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000836934
33100000-1	17	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	Electrod lama reutilizabil (Codul produsului:F 4141)	Italia	FIAB SPA	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948), Electrod activ lamă, cuțit lungime = 70 mm (+-5mm) mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948), Electrod activ lamă, cuțit lungime = 70 mm (+-5mm) mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000466393
33100000-1	18	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	Electrod lama unica folosinta (Codul produsului:F 4797)	Italia	FIAB SPA	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949), Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949), Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000466378

33100000-1	20	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Electrod ECG 8 ore (Codul produsului:B 3644)	China	BSS MEDICAL SUPPLY CO., LIMITED	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951), Electrode ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult, Bucată	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951), Electrode ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult, Bucată Conform TDS. Facturare N50	DM000371226
33100000-1	34	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	Electrod ECG 48 ore (Codul produsului:F 9060)	Italia	FIAB SPA	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrode Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrode Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată Conform TDS. Facturare N50	DM000621304
33100000-1	35	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	Electrod ECG 24 ore (Codul produsului:B 5055)	China	BSS MEDICAL SUPPLY CO., LIMITED	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrode Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrode Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată Conform TDS. Facturare N50	DM000371240

33100000-1	61	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Filtru pentru circuite de respiratie (AL-08023.V001) N1 (Codul produsului:A L-08023.V001)	Turcia	MEDITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtru pentru circuite de respirație (007004), Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație (007004), Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000378368
33100000-1	64	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	Filtru circuite respiratie HME (AL-08022.V001) (Codul produsului:A L-08022.V001)	Turcia	MEDITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007), 1. Filtru de tip HME, Adult 2. Rata de filtrare ≥ 99,99% 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) ≤ 1,4 mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l 5.Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l , Bucată	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007), 1. Filtru de tip HME, Adult 2. Rata de filtrare ≥ 99,99% 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) ≤ 1,4 mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l 5.Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l , Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000378369
33100000-1	65	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008)	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008)	Filtru spirometru 33mm (Codul produsului:G Z-GL-4 spirometry filter)	CHINA	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008), Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm, Bucată	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008), Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000659292

331000 00-1	67	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație (AL-08023.V001) N1 (Codul produsului:A L-08023.V001)	China	MEDITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație, electrostatic, adult (007010), Tip pacient: Adult Tip filtru: electrostatic Rata de filtrare 99,9999% Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O Volum compresibil 33 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000378 368
331000 00-1	69	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	Filtru HME pentru circuit de respirație pediatric N1 (GZ-GL-2) (Codul produsului:G Z-GL-2)	CHINA	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPME NT CO., LTD.	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012), Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresibil ≤ 30 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012), Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresibil ≤ 30 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000659 287

331000 00-1	71	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	Filtru circuite respirație HME (AL- 08022.V001) (Codul produsului:A L- 08022.V001)	Turcia	MEDITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014), Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014), Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000378 369
331000 00-1	75	Gel ECG, 250 ml (007019)	Gel ECG, 250 ml (007019)	Gel ECG/USG 250ml N1 (Codul produsului:K AF G31-2)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	Gel ECG, 250 ml (007019), 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. , Bucată	Gel ECG, 250 ml (007019), 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. , Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000368 050
331000 00-1	77	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	Gel ECG/USG 5000ml N1 (Codul produsului:K AF G31-3)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021), 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale, Bucată	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021), 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000368 051

33100000-1	137	Injector-seringa 200ml (007086)	Injector-seringa 200ml (007086)	Set seringa 200ml Nemoto (Codul produsului: HK-10024)	China	JIANGXI HAWK MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7, Bucată	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000676959
33100000-1	152	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	Role pentru sterilizare 100mm x 200m (Codul produsului:4 AFR100200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEM ELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103), Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103), Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000392497

33100000-1	153	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Role pentru sterilizare 150mm x 200m (Codul produsului:4 AFR150200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEM ELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104), Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104), Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000392498
33100000-1	154	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	Role pentru sterilizare 200mm x 200m (Codul produsului:4 AFR200200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEM ELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105), Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105), Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000392499

33100000-1	155	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Role pentru sterilizare 250mm x 200m (Codul produsului:4 AFR250200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEM ELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106), Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106), Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000392500
33100000-1	156	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Role pentru sterilizare 300mm x 200m (Codul produsului:4 AFR300200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEM ELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000392501

33100000-1	157	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Role pentru sterilizare 350mm x 200m (Codul produsului:4 AFR350200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEM ELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000392502
33100000-1	158	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Role pentru sterilizare 400mm x 200m (Codul produsului:4 AFR400200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEM ELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000392503

33100000-1	159	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Role pentru sterilizare 50mm x 200m (Codul produsului:4 AFR050200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEM ELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000392495
33100000-1	160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Role pentru sterilizare 75mm x 200m (Codul produsului:4 AFR075200)	Turcia	DORT-A TIP MALZEM ELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000392496

331000 00-1	169	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	Electrod tip cleste + para (Codul produsului: F9024SSC + F9009SSC)	Italia	FIAB SPA	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată Conform TDS. Facturare N4+6	DM00062 1283 + DM00062 1298
331000 00-1	195	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	Set seringă 200ml Nemoto (Codul produsului: HK-10024)	China	JIANGXI HAWK MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set Conform TDS. Facturare N1	DM00067 6959
331000 00-1	196	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171)	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171)	Set seringă 100ml Nemoto (Codul produsului: HK-10007)	China	JIANGXI HAWK MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set Conform TDS. Facturare N1	DM00067 6958
331000 00-1	240	Linie extenzie (007316)	Linie extenzie (007316)	Prelungitor presiune înalta 150cm (Codul produsului: I T53EXT)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	Linie extenzie (007316), pentru pompa angio, rezistente la presiune înalta(minim 300 PSI), 1.5m, Bucată	Linie extenzie (007316), pentru pompa angio, rezistente la presiune înalta(minim 300 PSI), 1.5m, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM00084 4303

33100000-1	243	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	Linie monitorizare CO2 (Codul produsului: AL-0512)	Turcia	MEDITERRANEA TIBBİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Linii pentru monitorizare CO2 (007319), Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher., Bucată	Linii pentru monitorizare CO2 (007319), Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher., Bucată Conform TDS. Facturare N1	CE
33100000-1	246	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	Prelungitor presiune inalta 1 200psi 150cm (Codul produsului: HK-3150S)	China	JIANGXI HAWK MEDICAL SUPPLIES CO., LTD	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336), Steril, lungimea-150 cm, presiune min 54 bar sau 800 psi, diametrul intern 1,5 mm, diametrul extern 3,0 mm, Bucată	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336), Steril, lungimea-150 cm, presiune min 54 bar sau 800 psi, diametrul intern 1,5 mm, diametrul extern 3,0 mm, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000676995
33100000-1	251	Set seringă pentru CT (007365)	Set seringă pentru CT (007365)	Set seringi 200ml + 200ml Imastar (Codul produsului: AS8001)	Turcia	ARES MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Set seringă pentru CT (007365), Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul conține: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatură - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie să fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată	Set seringă pentru CT (007365), Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul conține: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatură - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie să fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată Conform TDS. Facturare N1	DM000594849
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator							
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23							