

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1645005271297 din _____						
Obiectul achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2. Stent coronarian farmacologic activ	FlexyRap	India	SLTL Group (Sahajanand Laser Technology	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 μm. Substanța activă: Sirolimus în doză 3.0-4.0 μg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire ablumină și gradabilă. Diametre stent de la 2.25 până la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 până la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utilă 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită.	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 μm. Substanța activă: Sirolimus în doză 3.0-4.0 μg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire ablumină și gradabilă. Diametre stent de la 2.25 până la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 până la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utilă 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită	
Lot 3. Balon non-compliant de diametre mari	Biosensors Rise NC	Switzerland	Biosensors International	. Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabilă 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 până la 6.0 mm. Lungime de la 6 până la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complianței: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.	. Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabilă 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 până la 6.0 mm. Lungime de la 6 până la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complianței: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.	

Lot 7. Stenturi periferice autoexpandabile ..	E Luminex	USA	BD/Bard Int	Lot 7. Stenturi periferice autoexpandabile . Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035" si teaca 6F. Lungimi shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Marker radioopaci pt pozitionare precisa.	Lot 7. Stenturi periferice autoexpandabile . Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035" si teaca 6F. Lungimi shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Marker radioopaci pt pozitionare precisa.	
Lot.8 Stenturi autoexpandabil pentru carotida.	CGuard Carotid Embolic Prevention System	Israil	InspireMD	Lot.8 Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule inchise, compatibil cu cate-ghid de 7F și ghid de 0.014", cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm.	Lot.8 Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule inchise, compatibil cu cate-ghid de 7F și ghid de 0.014", cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: c. Stauceni