

Specificații Tehnice
pentru CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1698849570746 / 21113155	din 13 decembrie 2023
Obiectul de achiziți Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024		

Nr.lot	Cod CPV/	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2		3	4	5	6	7	8
98	33100000-1	Strip-test la troponina I în ser	Strip-test la troponina I în ser	GDTRO-402a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Sensibilitatea 0,5ng/ml(98,5%), specificitatea 98,4%, precizitatea 98,5%	Sensibilitatea 0,5ng/ml(98,6%), specificitatea 99,7%, precizitatea 99,3%	CE, ISO DM000450645

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**