

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție: 21015980 din 09 decembrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	73	73.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI	MN137P	Morton	Turcia	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%; rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 60ml; greutate nu mai mult de 28g; volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%; rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 60ml; greutate nu mai mult de 28g; volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. Codul Produsului:MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

