

Specificații tehnice

Nr. Licității	21274768 / ocde-b3wdp1-MD-1725606974498						Data: 26.09.2024		Alternativa Nr.:
Denumirea Licității	"Consumabile pentru angiografie "						Lot. 3		Pagina: 1 din 1
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	Balon farmaceutic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmaceutic activ utilizat in angioplastia coroniana	Pantera® Lux® - 365110 365111 365112 365113 365114 365120 365121 365122 365123 365124 365125 365126 365127 365128 365129 365130 365131 365132 365133 365134 365135 365136 365137 365138 365139	Elvetia	BIOTRONIK	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii și alte dimensiuni) Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm	Pantera® Lux® - Catheter type Fast-exchange PTCA balloon catheter Recommended guide catheter 5F (min. I.D. 0.056") Guide wire diameter 0.014" Usable catheter length 140 cm Balloon folding 3-fold Balloon markers Two embedded platinum-iridium markers Brachial shaft marker 92 cm from tip Femoral shaft marker 102 cm from tip Proximal shaft diameter 2.0F Distal shaft diameter 2.5F (ø 2.0 - 3.5 mm), 2.6F (ø 4.0 mm) Nominal Pressure (NP) 7 atm Rated Burst Pressure (RBP) 13 atm (ø 2.0 - 3.5 mm); 12 atm (ø 4.0 mm) Coating Drug Paclitaxel Drug dose 3.0 µg/mm2 Delivery matrix Paclitaxel and Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) Coated area Cylindrical section of the balloon, exceeding the proximal and distal markers - Vezi Brosura BIOTRONIK pentru Pantera® Lux®	ISO / CE / inregistrat la AMDM si introdus in registrul de Stat al RM

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21274768 / ocds-b3wdp1-MD-1725606974498						Data: 26.09.2024			Alternativa nr.		
Denumirea licitației: "Consumabile pentru angiografie "						Lot.				Pagina 1 din 1	
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Prețul estimativ
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	3	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	bucată	75	6,906.9000	7,459.4520	518,017.5000	559,458.9000	Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la solicitare, timp de 5 zile	500 000,00
Total ofertă								518,017.50	559,458.90		

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B