

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21456724 din 17.07.2025
Obiectul achiziției Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 Lot nr. 63 Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml (006092)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 63						
Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml (006092)	Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml (006092)	RMoldova	SRL UISPAC	Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml (006092), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 220-250 ml 2. Gradat (marcat) până la 200-220 ml 3. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată	Container pentru urină (nesteril) 250 ml, Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1.Volum total:250 ml 2.Gradat (marcat) până la 220 ml 3.Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4.Material containerului: PP 5.Nesteril 6.Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată 7. Înălțime cu capac, mm 122 *Înălțime fără capac, mm 121 *Diametru pe capac, mm 66 *Diametru de pe gât, cm 63 *Diametru (la bază), mm 56	SM

					*Grosimea peretelui, mm 0,8 *Greutatea cu capac, g 33,2 *Greutate capac,(+/- 1g) 7 *Greutate container, g 26,2 *Gradație până la 250 *Pas de gradație, ml 10 (Conform Specificatiei tehnice a producatorului)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nicora Iurie În calitate de: Menager Sef al SPDIP

Ofertantul: SRL UISPAC Adresa: mun.Chisinau , str, Milescu Spatarul 75

