



**MOPEDIA®**

## **BASTONI MANUALE D'ISTRUZIONE**

---

**WALKING STICKS  
INSTRUCTION MANUAL**

## INDICE

1. INTRODUZIONE .....	Pag.3
2. DESTINAZIONE D'USO .....	Pag.3
3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE .....	Pag.3
4. AVVERTENZE GENERALI.....	Pag.3
5. DESCRIZIONE GENERALE .....	Pag.4
5.1 Codici bastoni in alluminio pieghevoli .....	Pag.4
5.2 Codici bastoni in alluminio regolabili in altezza .....	Pag.4
5.3 Regolazione altezza .....	Pag.4
6. PRIMA DI OGNI USO .....	Pag.4
7. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO .....	Pag.4
8. MODALITÀ D'USO .....	Pag.5
9. MANUTENZIONE .....	Pag.5
10. PULIZIA E DISINFEZIONE.....	Pag.5
10.1 Pulizia .....	Pag.5
10.2 Disinfezione .....	Pag.5
11. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO.....	Pag.5
11.1 Condizioni di smaltimento generali .....	Pag.5
12. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	Pag.6
12.1 Bastoni in alluminio pieghevoli.....	Pag.6
12.2 Bastoni in alluminio regolabili in altezza .....	Pag.6
12.3 Parti di ricambio.....	Pag.6
13. GARANZIA .....	Pag.7
13.1 Riparazioni .....	Pag.7
13.2 Ricambi .....	Pag.7
13.3 Clausole esonerative .....	Pag.7

Dispositivo Medico di classe I

D.Lgs 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

## 1. Introduzione

Grazie per aver scelto un ausilio della linea **MOPEDIA** by Moretti S.p.A. I bastoni Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il dispositivo. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

## 2. Destinazione d'uso

I tripodi e quadripodi Moretti sono ausili maneggiati da un braccio adatti a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel presente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

## 3. Dichiarazione di conformità CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA.**
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE**
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE**
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I
6. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

## 4. Avvertenze generali

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta
- Verificare che il prodotto vi sia consegnato integro e mantenerlo imballato lontano da fonti di calore
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

## 5. Descrizione generale

### 5.1 Codici bastoni in alluminio pieghevoli

- RP145BC** Bastone in alluminio pieghevole manico a T - Colore bronzo
- RP145NC** Bastone in alluminio pieghevole manico a T - Colore nero
- RP145NL** Bastone in alluminio pieghevole manico a T (82 - 92cm) - Colore nero
- RP159** Bastone in alluminio pieghevole manico a T - Modello donna

### 5.2 Codici bastoni in alluminio regolabili in altezza

- RP146** Bastone in alluminio regolabile in altezza manico a T - Colore nero
- RP147** Bastone in alluminio regolabile in altezza manico a T - Colore nero
- RP148** Bastone in alluminio regolabile in altezza manico a T - Colore nero
- RP149** Bastone in alluminio regolabile in altezza manico a T in plastica - Colore nero
- RP150** Bastone alluminio regolabile in altezza manico ergonomico
- RP151** Bastone alluminio regolabile in altezza manico a ombrello
- RP152** Bastone alluminio regolabile in altezza manico in spugna
- RP153D** Bastone alluminio regolabile in altezza manico anatomico dx
- RP153S** Bastone alluminio regolabile in altezza manico anatomico sx
- RP154** Bastone alluminio regolabile in altezza manico a T finitura argento
- RP156** Bastone alluminio regolabile in altezza manico a T finitura mogano
- RP157** Bastone alluminio regolabile in altezza manico a T finitura legno
- RP158** Bastone alluminio regolabile in altezza modello donna

I bastoni **MOPEDIA** sono realizzati in alluminio leggero anodizzato, manico in legno, plastica o spugna e puntale in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5 cm. I suddetti dispositivi sono utili per garantire una sicurezza di appoggio e di confidenza. I bastoni, inoltre, facilitano la permanenza in posizione eretta ed il cammino. Favoriscono lo scarico dei segmenti corporei inferiori, stabilizzano la persona nei problemi di equilibrio e la sostengono quando siano presenti problemi di forza.

### 5.3 Regolazione altezza

Premere il fermo e sfilare il tubo interno portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna e assicurarsi che il fermo sia penetrato completamente nel foro. Peso massimo sopportabile 100kg per i modelli pieghevoli, 110 kg per tutti gli altri.

## 6. Prima di ogni uso

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose
- Verificare il corretto inserimento del pulsante nel foro nonché l'assemblaggio del dispositivo

## 7. Avvertenze per l'utilizzo

- Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose.
- Non superare il peso massimo paziente riportato sull'etichetta prodotto e nel capitolo caratteristiche tecniche del presente manuale.
- Evitare di lasciare il dispositivo all'esterno e a contatto con l'acqua per un periodo di tempo prolungato.
- Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto nonché lo stato del puntale di appoggi. Sostituirlo una volta usurato.
- In caso di dubbi sull'utilizzo, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto,

- contattare il rivenditore
- Per evitare eventuali rischi tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

## 8. Modalità d'uso

**Nota:** Fare riferimento alle avvertenze di sicurezza di questo manuale istruzioni.

L'uso del bastone varia da caso a caso. Per questo è necessario un minimo di addestramento da parte di personale specializzato con riferimento ad indicazioni sul tipo di passo da compiere o sul tipo di appoggio. L'operatore durante l'assistenza al paziente si posiziona sempre dalla parte del corpo più debole o malata.

## 9. Manutenzione

I dispositivi della linea **MOPEDIA** by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. Per ispezione periodica si intende un esame delle seguenti parti:

- La struttura del bastone
- Verificare l'usura dei puntali ove presenti

In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

## 10. Pulizia e disinfezione

### 10.1 Pulizia

Utilizzare esclusivamente un panno umido per rimuovere la polvere, usare un panno umido con del sapone neutro per rimuovere lo sporco più difficile. Asciugare bene prima dell'utilizzo. Utilizzare acqua ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore.

### 10.2 Disinfezione

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante.

**N.B.** Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

## 11. Condizioni di smaltimento

### 11.1 Condizioni di smaltimento generali



In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

## 12. Caratteristiche tecniche

### 12.1 Bastoni in alluminio pieghevoli

Codici	Portata max	Altezza regolabile	Manico	Struttura
RP145BC	100 kg	Da 77,5 a 87,5 cm	A T in legno	In alluminio anodizzato
RP145NC	100 kg	Da 77,5 a 87,5 cm	A T in legno	In alluminio anodizzato
RP145NL	100 kg	Da 82,5 a 92,5 cm	A T in legno	In alluminio anodizzato
RP159	100 kg	Da 77,5 a 87,5 cm	A T in legno	In alluminio anodizzato

### 12.2 Bastoni in alluminio regolabili in altezza

Codici	Portata max	Altezza regolabile	Manico	Struttura
RP146	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	A T in legno	In alluminio anodizzato
RP147	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	A T in legno	In alluminio anodizzato
RP148	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	A T in legno	In alluminio anodizzato
RP149	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	A T in plastica	In alluminio anodizzato
RP150	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	Ergonomico	In alluminio anodizzato
RP151	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	A ombrello	In alluminio anodizzato
RP152	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	In spugna	In alluminio anodizzato
RP153D	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	Anatomico DX	In alluminio anodizzato
RP153S	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	Anatomico SX	In alluminio anodizzato
RP154	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	A T finitura argento	In alluminio anodizzato
RP156	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	A T finitura mogano	In alluminio anodizzato
RP157	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	A T finitura legno	In alluminio anodizzato
RP158	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	A T finitura legno modello donna	In alluminio anodizzato

### 12.3 Parti di ricambio

#### RV7029 (2pz)



Puntali marroni in gomma morbida  
Ø 18 mm

#### RV7028 (2pz)



Puntali neri in gomma morbida  
Ø 18 mm

### 13. Garanzia

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

#### 13.1 Riparazioni

**Riparazione in garanzia** Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

**Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia** Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

**Prodotti non difettosi** Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

#### 13.2 Ricambi

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

#### 13.3 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge.

Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i

consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



## CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto \_\_\_\_\_

Acquistato in data \_\_\_\_\_

Rivenditore \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Venduto a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C



## INDEX

<b>1. INTRODUCTION .....</b>	<b>Pag.10</b>
<b>2. INTENDED USE.....</b>	<b>Pag.10</b>
<b>3. EC DECLARATION OF CONFORMOTY .....</b>	<b>Pag.10</b>
<b>4. GENERAL WARNING .....</b>	<b>Pag.10</b>
<b>5. GENERAL DESCRIPTION.....</b>	<b>Pag.10</b>
5.1 Folding walking cane codes .....	Pag.10
5.2 Aluminum walking canes height adjustable codes .....	Pag.11
5.3 Height adjustament .....	Pag.11
<b>6. BEFORE USE.....</b>	<b>Pag.11</b>
<b>7. WARNINGS FOR A CORRECT USE.....</b>	<b>Pag.11</b>
<b>8. HOW TO USE .....</b>	<b>Pag.11</b>
<b>9. MAINTENANCE .....</b>	<b>Pag.12</b>
<b>10. CLEANING AND DISINFECTION.....</b>	<b>Pag.12</b>
10.1 Cleaning.....	Pag.12
10.2 Disinfection.....	Pag.12
<b>11. CONDITION OF DISPOSAL .....</b>	<b>Pag.12</b>
11.1 General conditions of disposal .....	Pag.12
<b>12. TECHNICAL FEATURES .....</b>	<b>Pag.12</b>
12.1 Aluminum folding walking canes.....	Pag.12
12.2 Aluminum height adjustable walking canes .....	Pag.13
12.3 Spare parts .....	Pag.13
<b>13. WARRANTY .....</b>	<b>Pag.14</b>
13.1 Repair.....	Pag.14
13.2 Spare parts .....	Pag.14
13.3 Exempt clauses .....	Pag.14

I Class Medical Device according  
to Directive 93/42/EEC and further modifications

### 1. Introduction

Thank you for purchasing a **MOPEDIA** walking canes by Moretti S.p.A. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance.

### 2. Intended use

The MOPEDIA by Moretti walking sticks are aids manipulated by one arm adapted to support and / or help the mobility of people with mobility problems.

#### CAUTION!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.

### 3. EC declaration of conformity

Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to the cane aids category are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications.

To this end Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/EEC as prescribed by Annex VII of the above directive
2. The devices in question **ARE NOT MEASUREMENT DEVICES**
3. The devices in question **ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION**
4. The devices in question are sold in **NON STERILE** packing
5. The devices in question should be considered as belonging to class I
6. DO NOT use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC to the proper authorities and further modifications

### 4. General warnings

- Read carefully the entire manual before using the device.
- Advise with physician or therapist to determinate the correct adjustment and the correct use of the walking canes.
- Make sure that the product is delivered complete and keep it packed away from heat sources.
- Service life- the device use limit is defined by the wear of the parts.
- Do not allow children to play or operate the device.

### 5. General description

#### 5.1 Folding walking cane codes

**RP145BC** Aluminum folding walking cane with T-handle - Bronze color

- RP145NC** Aluminum folding walking cane with T-handle - Black color
- RP145NL** Aluminum folding walking cane with T-handle - Black color 82-92 cm
- RP159** Aluminum folding walking cane with T-handle - Woman model

## 5.2 Aluminum walking canes height adjustable codes

- RP146** Aluminum height adjustable walking cane T-handle - Black color
- RP147** Aluminum height adjustable walking cane T-handle - Black COLOR
- RP148** Aluminum height adjustable walking cane T-handle - Black color
- RP149** Aluminum height adjustable walking cane T-plastic handle - Black color
- RP150** Aluminum height adjustable walking cane ergonomic handle
- RP151** Aluminum height adjustable walking cane curved
- RP152** Aluminum height adjustable walking cane sponge handle
- RP153D** Aluminum height adjustable walking cane anatomical right handle
- RP153S** Aluminum height adjustable walking cane anatomical left handle
- RP154** Aluminum height adjustable walking cane t-handle silver check pattern
- RP156** Aluminum height adjustable walking cane T-handle wooden pattern
- RP157** Aluminum height adjustable walking cane T-handle walnut pattern
- RP158** Aluminum height adjustable walking cane woman model

MOPEDIA walking canes are made of lightweight anodized aluminum, wooden, plastic or sponge handle and non-slip rubber tip. Adjustable height every 2.5 cm.

These devices are useful to ensure a safety of support and confidence. The walking canes sticks also make it easy to stay upright and walk. Facilitate the discharge of the lower body segments, stabilize the person in the problems of balance and support when there are problems force.

## 5.3 Height adjustment

Press the button, slide the cane and bring it to match the holes in the height required and the maneuverability of the patient. Replace the stopper on the hole to lock the cane and make sure that the button is fully penetrated into the hole. Maximum patient's weight 100kg for folding canes, 110 kg for all the others.

## 6. Before use

- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use for people and things
- Check the correct assembly of the device

## 7. Warnings for use

- Use extra caution on wet and slippery surfaces.
- DO NOT use with patient who exceed the weight indicated in the product label and in the technical features chapter of the present manual.
- Avoid to leave the device in contact with water for long periods of time.
- Periodically check its sturdiness, the stability and the rubber tips are in good conditions. Replace them once worn out.
- In case of doubts about use, adjustment or maintenance, contact your dealer.
- Keep it away from children to avoid any possible risks.

## 8. How to use

**Note:** Refer to the safety instructions in this manual

The use of the walking canes varies from case to case. For this you need a minimum of training

by qualified personnel with reference to information on the type of step or support type. The operator during patient care is always positioned on the side of the body more weak and sick.

## 9. Maintenance

The Mopedia devices by MORETTI are checked carefully and supplied with EC mark, once launched on the market. For patient and physician's safety we recommend to let check the device by the manufacturer or by laboratory authorized every 2 years.

For periodic inspection we mean an examination of the following parts:

- The walking cane frame
- Check the wear of rubber tip.

In case of repair are to be used only approved parts and accessories

## 10. Cleaning and disinfection

### 10.1 Cleaning

Use only a damp cloth to remove dust, use a damp cloth with a mild soap to remove more difficult dirt. Dry thoroughly before use. Never use water with temperature above 30°C. Never use jet water or steam washing machine.

### 10.2 Disinfection

if you need to disinfect the device use a common disinfectant cleaner.

**Note:** Never use acids, alkalis or solvents such as acetone

## 11. Conditions of disposal

### 11.1 General conditions of disposal



In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose the bath chair in the appropriate disposal areas for recycling.

## 12. Technical features

### 12.1 Aluminum folding walking cane

Codes	Max weight	Height adjustable	Handle	Frame
RP145BC	100 kg	From 77,5 to 87,5 cm	T- wood	In anodized aluminum
RP145NC	100 kg	From 77,5 to 87,5 cm	T-wood	In anodized aluminum
RP145NL	100 kg	From 82,5 to 92,5 cm	T-wood	In anodized aluminum
RP159	100 kg	From 77,5 to 87,5 cm	T-wood woman model	In anodized aluminum

### 12.2 Aluminum height adjustable walking cane

Codes	Max weight	Height adjustable	Handle	Frame
RP146	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	T-wood	In anodized aluminum
RP147	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	T-wood	In anodized aluminum

<b>RP148</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	T-wood	In anodized aluminum
<b>RP149</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	T-plastic	In anodized aluminum
<b>RP150</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	Ergonomic	In anodized aluminum
<b>RP151</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	Curved	In anodized aluminum
<b>RP152</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	Sponge	In anodized aluminum
<b>RP153D</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	Anatomical right	In anodized aluminum
<b>RP153S</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	Anatomical left	In anodized aluminum
<b>RP154</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	T-handle silver check pattern	In anodized aluminum
<b>RP156</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	T-handle walnut pattern	In anodized aluminum
<b>RP157</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	T-handle wooden pattern	In anodized aluminum
<b>RP158</b>	110 kg	Da 77,5 a 100 cm	T-wood woman model	In anodized aluminum

### 12.3 Spare parts

#### **RV7029** (2pz)



Brown rubber tip  
Ø 18 mm

#### **RV7028** (2pz)



Black rubber tip  
Ø 18 mm

### 13. Warranty

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for a period of ( two) 2 years from the purchasing date, subject to any limitations and exclusions specified below. The warranty does not apply in case of damages caused by improper use, abuse or modification of the product, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly followed. The correct intended use of the device is specified in this manual. Moretti is not responsible for damages resulting from personal injury or otherwise caused by or in relation to wrong installation or improper use. Moretti Moretti does not guarantee the products against damage or defects in the following conditions: natural disaster, not authorized maintenance or repair , damage due to power supply problems (where provided) use of spare parts not supplied by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipping damage (other than original shipment by Moretti ), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

#### 13.1 Repairs

**Warranty repairs** In the event that a product Moretti to be defective in material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, in its sole discretion, can repair or replace the item under warranty at a Moretti dealer or at Moretti location . The labor cost for the repair may be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. Repair or replacement does not renew or extend the warranty

**Repair not covered by warranty** A product not covered by warranty can be returned for repairing only after receiving prior authorization from Moretti customer service. The labor and shipping costs for a repair not covered by warranty will be fully borne by the customer or dealer. Repairs of products not covered by warranty are warranted for six (6) months from the date you receive the product repaired.

**Non-defective device** The customer will be informed if, after having examined and tested returned product, Moretti claims that the product is not defective. In this case the good will be returned to the customer, all shipping costs will be paid by customer .

#### 13.2 Spare parts

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the receiving date.

#### 13.3 Exempt clauses

Except as expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti does not offer any representation, warranty or condition, express or implied, including any representations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement and interference. Moretti does not warrant that the use of the product Moretti will be uninterrupted or error free. The duration of any implied warranties that may be imposed by law are limited to the warranty period, within the limits of the law. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages in connection with products for consumers. In such states or countries, certain disclaimers and limitations of this warranty may not apply to you. This warranty is subject to change without notice.

**WARRANTY CERTIFICATE**

Product \_\_\_\_\_

Purchased on (date) \_\_\_\_\_

Retailer \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Town/city \_\_\_\_\_

Sold to \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Town/city \_\_\_\_\_

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)**MADE IN P.R.C**



Via Bruxelles, 3 - Melegnano  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)