

Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate, Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L., atestă că: produsul Oxigen medical gazos (O₂ - gazos) este conform specificațiilor acestuia, corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametri de calitate.

Nr. inmatric. Cisterna/lot: LTK 5/0,25

Partida №: 2956

BULETIN DE ANALIZE

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,50	99.85
2	Concentrația de C ₂ H ₂ , în %,	Absent	absent
3	Concentrația de CO ₂ la 1 dm ³ de oxigen lichifiat, cm ³ , nu mai mare	3,0	0.18
4	Conținutul de ulei	Absent	absent
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	reținut
6	Conținutul de acizi și baze gazoase	Reținut conform aliniatului 3.7	reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	reținut
8	Umeditatea și impuritățile mecanice	Reținut conform aliniatului 3.9	reținut
9	Prezența mirosului	Absent	absent

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Data: 21.09.2022

Inginer chimist: _____

Laboratorul Secției de Producere

