

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1733389993802 din 6 dec 2024, 15:00 - 9 dec 2024, 15:00

Obiectul achiziției: Instrumentar medical (laparoscopic) - a. 2024

| Cod CP V | Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------|--|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Bunuri/servicii | | | | | | |
| 2 | 3310 0000 -1 | Pensa laparoscopica tip Aligator | 775-4243CS | Germania | Tekno-Medical | Dispozitiv folosit in operatiile laparoscopice cu scopul de fixare a tesuturilor. Tip – Detasabil cu posibilitatea de rotire minima 360 ° Diametrul – 5 mm Lungimea minima - 300 mm Cu maner rotativ cu cremaliera. | Dispozitiv folosit in operatiile laparoscopice cu scopul de fixare a tesuturilor. Tip – Detasabil cu posibilitatea de rotire minima 360 ° Diametrul – 5 mm Lungimea minima - 300 mm Cu maner rotativ cu cremaliera. | CE/ISO |
| 3 | 3310 0000 -1 | Pensa laparoscopica tip fenestrata | 775-4068CS | Germania | Tekno-Medical | Dispozitiv folosit in operatiile laparoscopice cu scopul de fixare a tesuturilor. Tip – Detasabil cu posibilitatea de rotire minima 360 ° Diametrul – 5 mm,compatibil cu trocar de 5 mm Lungimea minima - 300 mm Cu maner rotativ cu cremaliera. | Dispozitiv folosit in operatiile laparoscopice cu scopul de fixare a tesuturilor. Tip – Detasabil cu posibilitatea de rotire minima 360 ° Diametrul – 5 mm,compatibil cu trocar de 5 mm Lungimea minima - 300 mm Cu maner rotativ cu cremaliera. | CE/ISO |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**