

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1727163912828 din 01.10.2024								
Obiectul achiziției: Consumabile medicale – 2024								
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	33100000-1	Trocar 6mm	CCQ-W05	China	Jiangsu Brightness	Trocar (port toracosopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 6mm; Lungime de lucru 100mm.	Trocar (port toracosopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 5mm; Lungime de lucru 100mm.	CE
6	33100000-1	Trocar 11mm	CCQ-W11	China	Jiangsu Brightness	Trocar (port toracosopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 11mm; Lungime de lucru 100mm.	Trocar (port toracosopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 11mm; Lungime de lucru 100mm.	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**