

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718882658054 din 08.07.2024							
Obiectul achiziției: Articole și consumabile medicale specifice secției endoscopie și bronhoscopie REPETAT							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Fibră DL pentru endoscopie (3 x 3h)	503200520 GLC 180 gas cooled / air cooled fibers for endoscopic procedures: 3x3 hours usage time	Germania/ fabrica in Letonia	Ceram Optec/Biolitec	Fibră DL(3x3h) penru endoscopie compatibilă cu laserul chirurgical Leonardo DUAL 45 aflat în dotare (model 503200250 GLC 0180)	Fibră DL(3x3h) penru endoscopie compatibilă cu laserul chirurgical Leonardo DUAL 45 (model 503200520 GLC 180). <i>Notă: Numărul corect al articolului este 503200520 GLC 180.</i> <i>Compania noastră a doua MedPunkt SRL, care a livrat fibrele cu laserul la SCR, în oferta sa la LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808 din 24.07.2021 a greșit în indicarea numărului 503200250.</i> <i>Vedeți instrucția atașată GLC-Fibers-IFU.</i> <i>Vedeți fotografia atașată a fibrei.</i> Număr înregistrare la AMDM: DM000342785	CE

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Serana Grup SRL

mun.Chisinau, str.31 August 1989, nr.64, of.40