

Anexa 22 Specificații tehnice

va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloane

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1727267871438	Data: „16”octombrie 2024	Alternativ a nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de LABORATOR SUPLIMENTAR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025		Pagina: ___din ___

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2			3	4,00	5	6		8
331000001	74.1	Sistem de recoltare singe ac + holter	Ace subțire, cu canală transparentă, cu lumen lărgit 21G	450040	GBO	Austria	1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat în holter, steril, în ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locației teșiturii acului. 5. Scutul sa se rotească în poziția preferată pe suportul în care se află și să rămână stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranță, cu clic audibil la închidere pentru siguranța utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual să fie marcat: Reful, numărul lotului și termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.	1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac , steril, în ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Holder cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent (brosura - marcat cu rosu) 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locației teșiturii acului. 5. Scutul sa se rotească în poziția preferată pe suportul în care se află și să rămână stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranță, cu clic audibil la închidere pentru siguranța utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. (brosura -marcat cu rosu)7. Pe ambalajul individual al acului este marcat: Reful, numărul lotului și termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE 9. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.	D M 0 0 0 3 9 2 6 8
331000001	74.2	Sistem de recoltare singe ac + holter	Holter Quickshield	450230	GBO	Austria			D M 0 0 0 3 9 1 6 3

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5