

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1547190743605	Data: 18 ian 2019, 16:00 - 24 ian 2019, 16:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de deservire a dispozitivelor radiologice	Lot: 4,5	Pagina: 1 din 1

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
4	50000000-5	Sistem radiografic (Sireskop)	-	-	-	<p>Lucrări lunare efectuate: Mentenanta, calibrare, testare.</p> <p>Cerințe generale:</p> <p>a. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;</p> <p>b. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării.</p> <p>c. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>d. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;</p>	<p>Lucrări lunare efectuate: Mentenanta, calibrare, testare.</p> <p>Cerințe generale:</p> <p>a. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;</p> <p>b. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării.</p> <p>c. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>d. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;</p>	
5	50000000-5	Ortopantomograf	-	-	-	<p>Lucrări lunare efectuate: Mentenanta, calibrare, testare.</p> <p>Cerințe generale:</p> <p>a. Toate activitățile se coordonează cu</p>	<p>Lucrări lunare efectuate: Mentenanta, calibrare, testare.</p> <p>Cerințe generale:</p> <p>a. Toate activitățile se coordonează cu</p>	

					<p>bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;</p> <p>b. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării.</p> <p>c. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>d. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;</p>	<p>bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;</p> <p>b. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării.</p> <p>c. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>d. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**