

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21190943 din 29.03.2024

Obiectul de achiziție: consumabile medicale pentru anul 2024

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Seringi Luer lo-ck	CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s	50 ml p/u perfuzor(pentru 1 an)	Conform standardelor EN, ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485:2016 marcat CE fabricat și destinat aplicațiilor PERFUSION compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor lideri mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor lideri mondiali gradare neagra, usor de citit, gradare DUBLA pe butoi si piston din polipropilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără apirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, non-toxic steril, ambalat individual cu blistere 50 ml BB transparent REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000306373	CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23