

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 6: Colposcop Colposcop Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citocitologic și histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permițând o decizie terapeutică în timp util și urmărirea fazelor tratamentului. Parametrul Specificația Tip halogen Putere ≥150W Timp de viață lampă ≥500h Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotație ≥2 Înălțime reglabil Lampă de rezervă ≥ 1 Unghi de rotație ≥ 300 grade Unghiul de iluminare reglabil Înălțimea față de podea min ≥ 500 pina la ≥ 1160 mm Mișcarea orizontală ≥ 950 mm	MODEL PROPUS: <i>ALLTION (GUANGXI) INSTRUMENT CO.,LTD,</i> MODEL: YDJ-II (with swing arm) + accesorii conform cerințelor, China  Colposcop Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citocitologic și histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permițând o decizie terapeutică în timp util și urmărirea fazelor tratamentului. Parametrul Specificația Tip, Coxial LED illuminator with brightness adjustment, Corespunde Putere ≥150W, Corespunde Timp de viață lampă ≥500h, Corespunde, 50000 hours Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică , Corespunde Axa de rotație ≥2 , Corespunde Înălțime reglabil, Corespunde Lampă de rezervă ≥ 1 , Corespunde Unghi de rotație ≥ 300 grade , Corespunde Unghiul de iluminare reglabil, Corespunde Înălțimea față de podea min ≥ 500 pina la ≥ 1160

Compatibil cu linie histeroscopie da Zoom 4, 6, 10, 16, si 25X Lentilă ≥18 Mobil da Diametru roți ≥6 cm Frână ≥2 Alimentarea 220-240V, 50-60Hz Filtru verde da	mm, Corespunde Mișcarea orizontală ≥ 950 mm, Corespunde Compatibil cu linie histeroscopie , Corespunde Zoom 4, 6, 10, 16, si 25X, Corespunde Lentilă ≥18, Corespunde Mobil , Corespunde Diametru roți ≥6 cm, Corespunde Frână ≥2, Corespunde Alimentarea 220-240V, 50-60Hz, Corespunde Filtru verde da, Corespunde
---	---