

ÎM „Autoritate Grup” SRL

MD-2064, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68 A;
Tel. : (+373 22) 921470 fax: (+373 22)592016
B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
Cod:AGRNMD2x832;
c/f: 1012600005027

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1592498428656 din 24.06.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de consum destinate serviciului de dializă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
33100000-1	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 10,0$	Purifier L160	Turcia	Safil Tibbi Urunler Uluslar Arasi	Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau	Cerințe generale Certificare Internațională CE Compatibilitate cu	Certificat ISO 13485 ; Certificat

	ml/oră mm Hg			Nakliyat San.Tic.A.g.	EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție -3 ani Sterilizare γ Membrană complet sintetică (Polyethersulphone) Coeficientul de UF - 21 ml/oră Volumul de umplere - 86 ml Cerințele specifice 1 ureea - 191 2 creatinina - 186 3 fosfați - 165 4 vitamina B-12 – 125	CE
	Lotul 2						
33100000-1	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi	Diarenneedle AV203F812T	Turcia	Farmasol Tibbi Urunler San. ve Tic. A.S.	Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set	Cerințe generale Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Fresenius 4008B și 4008S Termen garanție - 3 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac	Certificat ISO 13485; Certificat CE

					(arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/ monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.	pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/ monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm. 2 Diametrul segmentului	
--	--	--	--	--	--	---	--

					2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	(tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi - 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale - 3750 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase - 2700 mm.	
	Lotul 3						
33100000-1	Ac pentru punctie, artera (fistuline) 16 G	KAWASUMI AVF	Japonia	Kawasummi Laboratoies, INC	Cerinte generale: Certificare internationala (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen de garantie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzatoare arterie/vena Da Cerinte specifice: 1 Vor contine un	Cerinte generale: Certificare internationala (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen de garantie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzatoare arterie/vena Cerinte specifice: 1 Vor contine un	Certificat ISO 13485; Certificat CE

					orificiu lateral (arterial) 2 Vor contine clame integrate 3 Vor contine „fluturasi” pentru fixare cu rotatie la 360 ° 4 Vor avea urmatoorii paramatrii: - Diametrul acului 1,6 mm - Lungimea acului 25 mm - Lungimea tubului 150 mm	orificiu lateral (arterial) 2 Vor contine clame integrate 3 Vor contine „fluturasi” pentru fixare cu rotatie la 360 ° 4 Vor avea urmatoorii paramatrii: - Diametrul acului 1,6 mm - Lungimea acului 25 mm - Lungimea tubului 300 mm	
	Lotul 4						
33100000-1	Ac pentru punctie, vena (fistuline) 16 G	KAWASUMI AVF	Japonia	Kawasummi Laboratoies, INC	Cerinte generale: Certificare internationala (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen de garantie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzatoare arterie/vena Da Cerinte specifice: Vor contine clame integrate. Vor contine „fluturasi”	Cerinte generale: Certificare internationala (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen de garantie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzatoare arterie/vena Da Cerinte specifice: Vor contine clame integrate. Vor contine „fluturasi”	Certificat ISO 13485; Certificat CE

					pentru fixare cu rotatie la 360 ° Vor avea urmatorii parametri: - Diametrul acului 1,6 mm - Lungimea acului 25 mm - Lungimea tubului 150 mm	pentru fixare cu rotatie la 360 ° Vor avea urmatorii parametri: - Diametrul acului 1,6 mm - Lungimea acului 25 mm - Lungimea tubului 300 mm	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Cucu Vasile** În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **ÎM Autoritate Grup** Adresa juridică : **r-nul Dubăsari s.Coșnița Str. Păcii 68 A**
 Adresa de reședință : **mun.Chișinău str. Primăverii 11**