

Specificații tehnice (F4.1)							
Numărul licitației: 21037454						<b>din 24.03.2021</b>	
Denumirea licitației: Consumabile medicale necesitatilor IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF Nicolae Testemițanu				Conform		Lot: conform listei solicitate	
Valuta, lei MDL							
Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 5</b>						
3310000-1	Fir cu electrozi pentru ECG	U202-11BE U901-1DA U901-2BA	China	Shenzhen Upmed Equipment Co.Ltd	Compatibil cu ECG MAC 600	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC). Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. Nichel-plate.Color-albastru. Set- 6 buc. Multifuncțional electrod de prindere a membrelor, tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC Nichel-plate. Set- 4 buc.	CE
	<b>Total lot 5</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23