

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1695911104792 din 28.09.2023
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 27						
Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	DM0424	China	DLab	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Centrifugă multifuncțională cu viteză mică, care poate fi utilizată în aplicații de la clinice la biochimice pentru analiza calitativă a serului, plasmei, sângelui și urinei. Viteza de rotație Minimală, rpm 500 Maximală, rpm 4000 Rotor: 24 tuburi unghi fix	

				de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da	Volum (adaptoare) 24 x 15 ml și (adaptoare) 24 x 5 ml Timer: 1 ... 99 min (sau continuu) Incrementarea - 1 min Securitate: Diagnoză internă automată Display Digital Nivelul de zgomot - 64 dB Fereastra/orificiu pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor și standartelor in vigoare da	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**