

Analizator în comodat		
Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.		Model: DF 55 Producător: Dymind, China
Tip dispozitiv / mod de operare	Analizator hematologic automat, diferențial 5 -parte (CBC + DIFF 5 -part) – moduri Whole blood & prediluare.	Da, corespunde
Metoda de detecție	Combină citometrie în flux	Da, corespunde, Flow cytometry(FCM)+Tri-anglescatter for 5-part differential analysis and WBC counting; Brosura, pag 1/2
	Laser semiconductor scatter	
	Coloranți chimici pentru WBC	
Metodă impedanță pentru	RBC	Da, corespunde. Impedance method for RBC and PLT counting. Brosura, pag 1/2
	PLT	
Reagent hemoglobină fără cianură	tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.	Da, corespunde. Cyanide free colorimetry for HGB test. Brosura, pag 1/2
Interfața	Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS - 232 și conectivitate LIS.	Da, corespunde. Display: 10.4 inches TFT touch screen; Interface: 4 USB ports, 1 LAN port. Brosura, pag 1/2
Productivitate	≥ 60 probe/oră	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
Volum probă	Whole blood: ~20 µL;	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
Prediluare	~20 µL.	Da, corespunde. User Manual pag.27
Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) 27 parametri:	WBC	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Lym%	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Mon%	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Neu%	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Eos%	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Bas%	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Lym#	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Mon#	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2

Anexa No.16 – Lot 16

	Neu#	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Eos#	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Bas#	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	RBC	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	HGB	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	HCT	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	MCV	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	MCH	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	MCHC	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	RDW-CV	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	RDW-SD	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	PLT	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	MPV	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	PDW	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	PCT	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Lic%	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	Lic#	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	ALY%	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	ALY#	Da, corespunde, Brosura, pag 1/2
	3 histograme	Da, corespunde. 3 histograms for WBC, RBC and PLT. Brosura, pag 1/2
	1 scattergram	Da, corespunde. 3 scattergram. Brosura, pag 1/2
Stocare date	≥ 40000 rezultate cu histograme	Da, corespunde. Pâna la 100 000 stocari. Brosura, pag 1/2

Anexa No.16 – Lot 16

	export prin USB sau rețea LIS	Da, corespunde.
Program integrat de control al calității controale tri - nivel	Low, Normal, High	Da, corespunde. User manual Cap. 9 pag.135-177

Semnat:_____

Numele, prenumele: Petru Bolea

În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova