

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722596630254 din 09.09.2024								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025								
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	33100000-1	Câmp film de incizie anti microbial Ioban (860)	6040	Turcia	KLAS MEDIKAL	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. Echivalent cu Ioban 6640. Dimensiune totală minim 44cm x 35cm, zona de incizie = 35cm x 35cm (+/- 1 cm). Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii ”să respire”. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său. Ambalat individual	Steril. De unică folosință. Cu conținut de iodoform. Echivalent cu Ioban 6640. Dimensiune totală minim 44cm x 35cm, zona de incizie = 35cm x 35cm (+/- 1 cm). Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii ”să respire”. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său. Ambalat individual *Pagina 1 din fisa tehnica	CE/DM000641565
57	33100000-1	Husă pentru cameră video sterilă (1147)	202 01	Turcia	MEDBAR TIBBI MALZEMER	14cmx250cm (±10cm) structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.	14cmx250cm (±10cm) structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă. *Pagina 1 din fisa tehnica	CE/DM000499615

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**
Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**

În calitate de: **Administrator**