

	Data: 05 iulie 2019	Alternativa : Nu se oferă
		Pagina:1 din 1

Specificații Tehnice (F4.1)

Numarul LP:21009047
Denumirea Autoritatii Contractante:Președintele Raionului Glodeni
Denumirea LP:"Achiziționarea dispozitivelor medicale"

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de Referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	331000000-1	Lotul 3.Aparat Radiologic mobil	TMS -320DR	Italia	Technix SPA	Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar	Conform Anexei Nr.1	CE,ISO



Numele, prenumele:Beregoi Valeriu
În calitate de: Director
Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL
Adresa: mun. Chisinau,str.Bogdan Voievod,7

Specificatia tehnica

Lotul 3.

3.1. Aparat radiologic mobil, Model TMSD-320 DR Italia.

Descriere	Sistem radiografic digital pe consolă mobilă motorizat		Specificatia tehnica propusa
Parametru		Specificație	
ANOD TUB Raze X	Capacitate termică, HU	≥ 1000000	107000
	kVp, Diapazon	$\geq 40-130$ pas min 1 kV	40 ÷ 125kV at steps of 1kV
	mAs Diapazon	$\geq 0,32-320$	0,1 ÷ 220 mAs
	mAs Diapazon	Ajustabil min 60 pasi	da
	Pata focală, mm	0,7 -1,3	0,8-1,3
	Putere generator	min 32kW	32
	Rating 100kV	min 320 mA	450
	Timp de expunere	0,001-3.2 s	0,001-2,2sec
SID DIAPAZON, cm		≥ 100	140
INDICATORI	Tip	Digital	da
	kVp	Digital	da
	mAs	Digital	da
COMPUTER	CPU	≥ 2.2 GHz, ≥ 2 nuclee	Core i7, Dual Core, 3,1GHz
	Sistem de operare	Windows 7 sau echivalent	Windows 7
	Memorie	≥ 4 GB	4 GB
	Hard disk	≥ 320 GB 2,5" SATA	500Gb
	WiFi	≥ 802.11 b/g	Da
DETECTOR DIGITAL	DR	DA	Da Varian Paxscan 4336R
	Rezoluție matrice	$\geq 3408 \times 4256$ pixels	2540x3052
	Pixel	≤ 100 μ m	≤ 139
	Gradație	≥ 16 biti	14 biti

	Dimensiune, cm	≥ 35x43	35x43
	Timp pînă la apariția imaginii	Max 5 sec	4 sec
	Tip conectare la unitate	Serial, USB, Eth, WiFi	Serial, USB, Eth, WiFi
MONITOR	Încorporat	da	da
	Touch screen	da	da
	Diagonală, in	≥ 19"	19"
Protectie	Posibilitatea de prevenire a coleziune in fata	da	Da
CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR		da ,LED	DA
CERINȚE ALIMENTARE		Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F "Schuko"	Da
		Electricitate: 220 Volți monofazic, Frecvența 50 Hertz	DA
		Baterie interna	DA
		Cablu Minim 4 m	8

Director



Beregoi Valeriu

Specificații Tehnice (F4.2)

Alternativa nr.: Nu se oferă
Pagina: 1 din 1

Data: 05 iulie 2019

Autoritatea Contractantă: Presedintele Raionului Glodeni

Denumirea licitației: "Achiziționarea dispozitivelor medicale pentru IMSP SR Glodeni"

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Un. de măsură	Cantitate a	Preț Unitar fără TVA	Preț Unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare /prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOTUL III									
1	33100000-1	Aparat radiologic mobil	buc	1	1148460,00	1378152,00	1148460,00	1378152,00	la solicitare
Suma totală în Lei MD:							1148460,00	1378152,00	

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7

