

Anexa 22. Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1754312845979 / 21463195 din data de 03.10.2025					Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilorși pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA II (Suplimentar)						Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2		3	4	5	6		7	8
33100000-1	37	Circuit de ventilare adult	Circuit de ventilare adult	51048400 + 51002881	China	Vincent Medical	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 22F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru pacient adult cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir,și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F	Adult (22mm)SingleHeated BreathingCircuits\1.5m\Spare limb 0.45m + Humidification Chamber Ad./Paed. VHC20, - Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 22F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru pacient adult cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F	DM000784415 + DM000784402, nr. Rg04-000353 din 03.12.2024
33100000-1	40	Circuit de ventilare CPAP nou nascut	Circuit de ventilare CPAP nou nascut	51005286 + 51007960 + 5100530-4-5-6	China	Vincent Medical	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive CPAP, single limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m. . Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de conectare unul 22F al doilea 15M cu o lungime de minim 0.8 m, 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit cu port de la camera de umidificare 22F cu fir de incalzire conectat de la sistemul de umidificare, cu 2 porturi de conectare a sensorului de temperatură de 7.6 mm, unul la iesire de camera de umidificare al doilea lînga generatorul nazal, 4. generator nazal cu bandă de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la dispozitivul CPAP și tub gofrat extensibil de exacuare a gazului expirat, 5. pronguri nazale mărimi S, M, L 6. caciulite de marimi 1, 2, 3 livrate in proportie de 33% fiecare la cantitatea totală.	nCPAP Generator + S,M,L Nasal prongs + Breathing Circuit kit(IIC single limb) \ Infant \ 511-038-C10 \ 1.6m + Infant Bonnet, - Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive CPAP, single limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m. . Setul este format din: 1. tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de conectare unul 22F al doilea 15M cu o lungime de minim 0.8 m, 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 12 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit cu port de la camera de umidificare 22F cu fir de incalzire conectat de la sistemul de umidificare, cu 2 porturi de conectare a sensorului de temperatură de 7.6 mm, unul la iesire de camera de umidificare al doilea lînga generatorul nazal, 4. generator nazal cu bandă de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la dispozitivul CPAP și tub gofrat extensibil de exacuare a gazului expirat, 5. pronguri nazale mărimi S, M, L 6. caciulite de marimi 1, 2, 3 livrate in proportie de 33% fiecare la cantitatea totală.	DM000784503 + DM000784502, nr. Rg04-000353 din 03.12.2024
33100000-1	41	Circuit de ventilare nou nascut	Circuit de ventilare nou nascut	51005928 + 51003667	China	Vincent Medical	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir,și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F 4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5Fși al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 5. adaptoare incluse in set 15F la 22F	Heated breathing circuit \ Neonatal \ 510-009 \ 1,5m \ dual limb \ PY,SP,PL (Ref 51005928), + Humidification Chamber \ VHC10 (Ref 51003667), Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	DM000784427 + DM000784403, nr. Rg04-000353 din 03.12.2024

331000 00-1	45	Consumabile pentru aparatul CPAP HEYER VS 500S	Consumabile pentru aparatul CPAP HEYER VS 500S	51005286 + 51007960 + 5100530-4-5- 6	China	Vincent Medical	Camere de umedificare +setul de conectare la pacient pentru aparatul CPAP HEYER VS 500S	nCPAP Generator + S,M,L Nasal prongs + + Breathing Circuit kit(IIC single limb) \ Infant \ 511-038-C10 \ 1.6m + Infant Bonnet, - Circuit de unică utilizare pentru nou-născut, compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulă mărimi 1 sau 2 sau 3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	DM000784503 + DM000784502, nr. Rg04-000353 din 03.12.2024
331000 00-1	70	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	MP05801	Germania	Drager-werk	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,rezistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	Filtru mecanic HME TwinStar HEPA Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9999%, pierderea H2O cel mult 10,9mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 33,1mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 26,8g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653569, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
331000 00-1	75	Filtru HME respirator, nou născut	Filtru HME respirator, nou născut	MP05820	Germania	Drager-werk	Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9-11 ml (, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min.	Filtru HME TwinStar 9 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/nou-născuți, de o singură folosință, 22M/15F-15F/8,5M, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O cel mult 10,3 mg H2O/l la VT=50ml, returnarea H2O cel puțin 33,7 mg H2O/l la VT=50ml, rezistența la flux 15l/min nu mai mult de 1,5mbar, volum compresibil nu mai mult de 9ml, greutate nu mai mult de 7,1g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000570311, nr. Rg04-000259 din 27.07.2023
331000 00-1	78	Filtru pentru protecția dispozitivului de ventilare	Filtru pentru protecția dispozitivului de ventilare	MP05785	Germania	Drager-werk	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistența la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F.	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilare și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacienți. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
331000 00-1	79	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	MP05805	Germania	Drager-werk	Adulți, eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,99%, rezistenta fluxului la 30 L/min-0,8-1.3 cmH2O,la 60 L/min-1,9-2.9 cmH2O, volum compresibil 57-67 ml,volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml-30,8-32.3 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitației	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55 Plus, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O nu mai mult de 9,4 mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 34,6mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 55ml, greutate nu mai mult de 17,6g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653570, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**