

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1579261526898	Data: 10 februarie 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Consumabile pentru secția de sterilizare	Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3319100 0-5	1	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.	Sterilization (Flat) Reel 7,5cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE, ISO
3319100 0-5	2	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 75 mm x 200 m	Sterilization (Flat) Reel 7,5cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	CE, ISO
3319100 0-5	3	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 200 m.	Sterilization (Flat) Reel 10cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE, ISO
3319100 0-5	4	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 200 m	Sterilization (Flat) Reel 10cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	CE, ISO
3319100 0-5	5	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 200 m.	Sterilization (Flat) Reel 15cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE, ISO
3319100 0-5	6	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 200 m	Sterilization (Flat) Reel 15cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	CE, ISO

3319100 0-5	7	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m.	Sterilization (Flat) Reel 20cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE, ISO
3319100 0-5	8	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 250 mm x 200 m.	Sterilization (Flat) Reel 25cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE, ISO
3319100 0-5	9	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 300 mm x 200 m.	Sterilization (Flat) Reel 30cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE, ISO
3319100 0-5	10	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m.	Sterilization (Flat) Reel 35cm x 200m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE, ISO
3319100 0-5	11	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ- PLAZMA RENO S- 130D	Sterilization (Tyvek) Reel 10cm x 70m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m.	CE, ISO
3319100 0-5	12	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ- PLAZMA RENO S- 130D	Sterilization (Tyvek) Reel 15cm x 70m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	CE, ISO
3319100 0-5	13	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ- PLAZMA RENO S- 130D	Sterilization (Tyvek) Reel 25cm x 70m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	CE, ISO
3319100 0-5	14	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ- PLAZMA RENO S- 130D	Sterilization (Tyvek) Reel 30cm x 70m	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	CE, ISO
3319100 0-5	20	Test-pack Bowie & Dick	Bowie & Dick Test Pack Box Type 200 sheet	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Bowie-Dick,Chemical Indicator Test compatibil cu sterilizatorul ST 1008-E-2	Bowie-Dick,Chemical Indicator Test compatibil cu sterilizatorul ST 1008-E-2	CE, ISO
TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**