

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1695911104792 din 12.11.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	USG Oftalmologic (B-scan)	bucată	1	420000,00	504000,00	420000,00	504000,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
28	Baie cu ultrasunt	bucată	1	60000,00	72000,00	60000,00	72000,00		
31	Oftalmoscop direct	bucată	1	19250,00	23100,00	19250,00	23100,00		
33	Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor neurochirurgicale	bucată	1	190000,00	228000,00	190000,00	228000,00		
34	Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale.	bucată	1	58000,00	69600,00	58000,00	69600,00		
37	Nebulizator	bucată	1	2620,00	3144,00	2620,00	3144,00		
	TOTAL					749870,00	899844,00		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul	ocds-b3wdp1-MD-1695911104792 din 12.11.2023
Denumirea	procedurii de achiziție: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)

	Denumirea bunurilor	Modelul articulului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
5	USG Oftalmologic (B-scan)	PCBX0 011BP	Franța	Quantel-Medical	USG Oftalmologic (B-scan) Descriere USG oftalmologic care permite scanarea cu ultrasunete (B-scan), care include măsurarea nervului optic, segmentul posterior, vitros anecoic, retina, coroida, etc. Parametrul Specificația Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen da Sonda Frecvența, Mhz ≥ 12 Raza scanării, mm ≥ 50 Frame rate, Hz ≥ 16 Diapazonul de scanare Rezoluția electronică, mm $\pm 0.03 \leq$ Rezoluția axială, mm $0.15 \leq$ Adâncimea, mm ≥ 60 Amplificarea reglabilă și TGC da Metoda Sectorială sau Pulsativ da Nivel gri 256 da Funcții și moduri B-scan zoom da Mod Run și Freeze da Funcția cineloop da Moduri de capturare Manual și automat da Conexiuni externe: "USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC" da Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF/JPEG/ PNG/ GIF/ TIFF/ BITMAP da Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat da Posibilitatea Software upgrade da De instalare ale altor sonde da "De înregistrare și stocare a datelor pacienților" da "De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM" da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Accesorii Sondă pentru B-scan da, 1 buc. Geantă pentru transportare da, 1 buc. "Troleu cu min. 4 roțile pentru DM cu	USG Oftalmologic (B-scan) Descriere USG oftalmologic care permite scanarea cu ultrasunete (B-scan), care include măsurarea nervului optic, segmentul posterior, vitros anecoic, retina, coroida, etc. Parametrul Specificația Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen da Sonda Frecvența, Mhz ≥ 12 Raza scanării, mm ≥ 50 Frame rate, Hz ≥ 16 Diapazonul de scanare Rezoluția electronică, mm $\pm 0.03 \leq$ Rezoluția axială, mm $0.15 \leq$ Adâncimea, mm ≥ 60 Amplificarea reglabilă și TGC da Metoda Sectorială sau Pulsativ da Nivel gri 256 da Funcții și moduri B-scan zoom da Mod Run și Freeze da Funcția cineloop da Moduri de capturare Manual și automat da Conexiuni externe: "USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC" da Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF/JPEG/ PNG/ GIF/ TIFF/ BITMAP da Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat da Posibilitatea Software upgrade da De instalare ale altor sonde da "De înregistrare și stocare a datelor pacienților" da "De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM" da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Accesorii Sondă pentru B-scan da, 1 buc. Geantă pentru transportare da, 1 buc. "Troleu cu min. 4 roțile pentru DM cu	CE/ISO

					platou de fixare al acestuia" da, 1 buc. Set de lucru pentru oftalmolog da, min. 1 set Calibrator da, 1 buc. Pedală da, 1 buc. Cablul de alimentare da, 1 buc. Hârtie da, 15 buc.	platou de fixare al acestuia" da, 1 buc. Set de lucru pentru oftalmolog da, min. 1 set Calibrator da, 1 buc. Pedală da, 1 buc. Cablul de alimentare da, 1 buc. Hârtie da, 15 buc.	
28	Baie cu ultrasunt	35501+35508	Italia	GIMA	Baie cu ultrasunt "Cu temporizator digital, sistem de incalzire si monitorizare a temperaturii" da Volum min. 2,5 L - max. 3,0 L Rezervor din otel inoxidabil cu capac da Temperatura reglabila da Diapazonul temperaturii pinal la 60 grade C "Capac, minere, picioare antiderapante, cabluri de alimentare" da Alimentarea 220V ±10%	Baie cu ultrasunt "Cu temporizator digital, sistem de incalzire si monitorizare a temperaturii" da Volum min. 2,5 L - max. 3,0 L Rezervor din otel inoxidabil cu capac da Temperatura reglabila da Diapazonul temperaturii pinal la 60 grade C "Capac, minere, picioare antiderapante, cabluri de alimentare" da Alimentarea 220V ±10%	CE/ISO
31	Oftalmoscop direct	1132-P-1181	Marea Britanie	Keeler	Oftalmoscop direct Descriere Diafragme 6 diafragme: Cerc mic, cerc mare, fantă , semicerc, filtru verde, cerc diafragmă Diapazon focusare +20/-20 dioptrii Sistem de iluminare Xenon /halogen Iluminare Min. 15000 lux Reostat p-t reglarea intensității luminoase da Mâner pentru baterii Metalic sau echivalent Baterii reîncărcabile da Montarea capului de oftalmoscop la mâner se face prin sistemul de prinder CLIC da	Oftalmoscop direct Descriere Diafragme 6 diafragme: Cerc mic, cerc mare, fantă , semicerc, filtru verde, cerc diafragmă Diapazon focusare +44D/-45D dioptrii Sistem de iluminare LED (ofertă îmbunătățită) Iluminare Min. 15000 lux Reostat p-t reglarea intensității luminoase da Mâner pentru baterii Metalic sau echivalent Baterii reîncărcabile da Montarea capului de oftalmoscop la mâner se face prin sistemul de prinder CLIC da	CE/ISO
33	Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor	RJ-PD Micro high speed drill II	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor neurochirurgicale. Material de execuție Oțel Design ergonomic Da Da Viteză de operare 0-40000 osc/ min Viteză de rotație 0-16000 r/ min Regim de foraj cranial 900 r/ min Regim de frezare cranială 40000 r/min Piesa de mână 1 unit. Burghiu pentru craniotomie (cu funcție de auto stop) 1 unit. Burghiu pentru os 1 unit. Freza 1 unit. Burghiu canulat 1 unit. Fierăstrău oscilant 1 unit.	Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor neurochirurgicale. Material de execuție Oțel Design ergonomic Da Da Viteză de operare 0-40000 osc/ min Viteză de rotație 0-16000 r/ min Regim de foraj cranial 900 r/ min Regim de frezare cranială 40000 r/min Piesa de mână 1 unit. Burghiu pentru craniotomie (cu funcție de auto stop) 1 unit. Burghiu pentru os 1 unit. Freza 1 unit. Burghiu canulat 1 unit. Fierăstrău oscilant 1 unit.	CE/ISO

	neurochirurgicale				Încărcător 1 unit. Baterii 2 unit. Autoclavabil 134 °C Alimentare încărcător 220V 50Hz	Încărcător 1 unit. Baterii 2 unit. Autoclavabil 134 °C Alimentare încărcător 220V 50Hz	
34	Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale.	RJ-PD (MZ-100)	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale. Aplicații Neurochirurgie, ortopedie, microchirurgie Material de execuție Oțel Viteză de rotație Max 40 000 rpm Diametru maximal 4.3 mm Forța de torsiune 125 g/cm Tensiune de alimentare 220V 50Hz Autoclavabil Da Piesă manuală dreaptă 1 unit. Pioesă manuală sub unghi 1 unit. Cutie pentru sterilizare 1 unit. Unitate de control 1 unit. Pedală de control 1 unit.	Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale. Aplicații Neurochirurgie, ortopedie, microchirurgie Material de execuție Oțel Viteză de rotație Max 40 000 rpm Diametru maximal 4.3 mm Forța de torsiune 125 g/cm Tensiune de alimentare 220V 50Hz Autoclavabil Da Piesă manuală dreaptă 1 unit. Pioesă manuală sub unghi 1 unit. Cutie pentru sterilizare 1 unit. Unitate de control 1 unit. Pedală de control 1 unit.	CE/ISO
37	Nebulizator	28105	Italia	Gima	Nebulizator • Compresor: • Presiune maxima : 1,85 bar (185 k Pa) • Flux maxim : 10 l /min • Fluxul de operare (dupa accesorii) : 5 l / min (1,1 bar / 110 kPa) Specificatii tehnice • Capacitate : 12 ml • Volumul respirabil : (particule) < 5 µm : 80% • Rata de nebulizare : (cu solutie salina) : 0,35 ml / min • Volumul rezidual : 0,7 ml • Voltaj (230V 50Hz 150 VA) • Siguranțe (T 1.6A – 250 V) • Presiunea de lucru (cu vaporizator) : aprox. 0,6 bar • Presiunea max.: aprox. 185kPa • Flux operare: 5 l / min. • Flux maxim: 10 l/min. • Rată abur: 0,35 ml / min. • MMAD: 2,6 µm, ± 1 µm • GSD: 2.75 • Folosire temporară: 20/40 min. ON / OFF • Condiții de lucru: Temperatura minimă: min. 10°C, max. 40°C Umiditate aer: min. 10%, max. 95%	Nebulizator • Compresor: • Presiune maxima : 1,85 bar (185 k Pa) • Flux maxim : 10 l /min • Fluxul de operare (dupa accesorii) : 5 l / min (1,1 bar / 110 kPa) Specificatii tehnice • Capacitate : 12 ml • Volumul respirabil : (particule) < 5 µm : 80% • Rata de nebulizare : (cu solutie salina) : 0,35 ml / min • Volumul rezidual : 0,7 ml • Voltaj (230V 50Hz 150 VA) • Siguranțe (T 1.6A – 250 V) • Presiunea de lucru (cu vaporizator) : aprox. 0,6 bar • Presiunea max.: aprox. 185kPa • Flux operare: 5 l / min. • Flux maxim: 10 l/min. • Rată abur: 0,35 ml / min. • MMAD: 2,6 µm, ± 1 µm • GSD: 2.75 • Folosire temporară: 20/40 min. ON / OFF • Condiții de lucru: Temperatura minimă: min. 10°C, max. 40°C Umiditate aer: min. 10%, max. 95%	CE/ISO

					• Condiții de depozitare: Temperatura: min. – 20°C; max. 70°C Umiditate aer: min. 5%, max. 95% - Presiune atmosferică pentru lucru / depozitare: Min. 960 hPa; max. 1060 - Continut : • Garnitura vaporizator • Tub de aer • Atasament gura • Atasament nas • Masca pentru copii • Masca pentru adulti	• Condiții de depozitare: Temperatura: min. – 20°C; max. 70°C Umiditate aer: min. 5%, max. 95% - Presiune atmosferică pentru lucru / depozitare: Min. 960 hPa; max. 1060 - Continut : • Garnitura vaporizator • Tub de aer • Atasament gura • Atasament nas • Masca pentru copii • Masca pentru adulti	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia