

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1765799567612 din 24.12.2025
Obiectul achiziției: Gaze medicale - 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL – 1 Oxigen medical gazos						
1.1.	1. Oxigen medical lichid (O2 - criogenic)		MD	S.C. DIROVE-NO RD S.R.L.	1. Oxigen medical lichid (O2 - criogenic). Punctul de fierbere: - 183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331 -78 sau alt standard relevant aplicabil.	GOST 6331 -78
1.2	2. Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri		MD	S.C. DIROVE-NO RD S.R.L.	2. Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosință. Puritate ≥	GOST 5583 -78

					99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 - 78 sau alt standard relevant aplicabil.	99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 - 78 sau alt standard relevant aplicabil.	
1.3	3. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie)		MD	S.C. DIROVE-NO RD S.R.L.	3. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință. Cerințe tehnice conform GOST 8050 -85 sau alt standard relevant aplicabil.	3. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință. Cerințe tehnice conform GOST 8050 -85 sau alt standard relevant aplicabil.	GOST 8050 -85
1.4	4. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 40 litri (25 kg per butelie)		MD	S.C. DIROVE-NO RD S.R.L.	4. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 40 litri (25 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință. Cerințe tehnice conform GOST 8050 - 85 sau alt standard relevant aplicabil.	4. Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 40 litri (25 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință. Cerințe tehnice conform GOST 8050 - 85 sau alt standard relevant aplicabil.	GOST 8050 - 85
1.5	5. Argon (Ar) medical în stare gazificată (butelie 5 litri)		MD	S.C. DIROVE-NO RD S.R.L.	5. Argon (Ar) medical în stare gazificată (butelie 5 litri). Oferirea buteliilor cu titlu gratuit în folosință. Volum butelie 5 L, Puritatea $\geq$	5. Argon (Ar) medical în stare gazificată (butelie 5 litri 0.75m3). Oferirea buteliilor cu titlu gratuit în folosință. Volum butelie 5 L, Puritatea $\geq$	GOST 10157-7 9

					99,993% (Argon 4.8), presiunea - 150 bar. Cerințe tehnice conform GOST 10157-79 sau alt standard relevant aplicabil.	99,993% (Argon 4.8), presiunea - 150 bar. Cerințe tehnice conform GOST 10157-79 sau alt standard relevant aplicabil.	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dilion Veacecslav În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.C. DIROVE-NORD S.R.L. Adresa: or. Falesti , str. Cernauti 1