

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21055860, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1651329477185 din „30” aprilie 2022
Obiectul achiziției:	REAGENȚI CHIMICI, INCLUSIV ACIZI, SĂRURI, SOLVENȚI ORGANICI, INDICATORI, SOLUȚII BUFER, CULTURI ȘI MRC pentru domeniul siguranță alimentară

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	LOT 80 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua	0814P_L. INNOCUA ATCCreg; 33090trade	SUA	Microbiologics, Inc.	fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0814P_L. INNOCUA ATCCreg; 33090trade, KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe; ambalaj original, conform cerințelor	ISO; UE
2	LOT 83 Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia Coli cu nivel de E+04 in pileta	0791E4_ESCHERICHIA COLI ATCCreg; 51813trade	SUA	Microbiologics, Inc.	Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria monocytogenes cu nivel de E+04 in pileta. Flacon cite min 10 pilete	0791E4_ESCHERICHIA COLI ATCCreg; 51813trade, Epower™. 10 pilete/flacon; ambalaj original, conform cerințelor	ISO; UE
3	LOT 85 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156	0325P_C. JEJUNI ATCCreg; 29428trade	SUA	Microbiologics, Inc.	Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc	0325P_C. JEJUNI ATCCreg; 29428trade, KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe; ambalaj original, conform cerințelor	ISO; UE
4	LOT 86 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004	0121P_CAMPYLOBACTER COLI ATCCreg; 43478trade	SUA	Microbiologics, Inc.	Ambalaj original, puritatea ≥99.0%	0121P_CAMPYLOBACTER COLI ATCCreg; 43478trade, KWIK-STIK™. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Tub = 2 săculețe; ambalaj original, conform cerințelor	ISO; UE

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1