

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificatie tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 11						
5042100-2	Mobile C-arm Imaging System - Shimadzu OPESCOPE ACTENO	OPESCOPE ACTENO	Japonia	Shimadzu	Reparatia si calibrarea (frînelor, punctelor limită) pentru deplasarea brațului C pe axa X,Y,Z garanția lucrărilor: minim 6 luni	Reparatia si calibrarea (frînelor, punctelor limită) pentru deplasarea brațului C pe axa X,Y,Z garanția lucrărilor: minim 6 luni;	CE

*****In cazul in care se vor depista piese defecte, suma carora va depasi 1000 (o mie) lei MD, ele vor fi cumparate de catre Beneficiar aditional**

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37