

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

LP 21031552				07.12.2020			
“ Echipamente medicale, produse farmaceutice și produse de îngrijire personala (reagenti, seturi pentru diagnostic, consumabile de laborator, accesorii), conform necesitatilor IMSP Spitalul Psihiatrie Balti						Pagina 1 din 2	
Nr. d/o	COD CPV	Denumirea produsului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică solicitată	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	std. de ref.
Lot 1 Reagenti, calibratori si material de control pentru analizatorul biochimic semiautomat "SA-20 Clindiac"							
1.1	336962 00-7	Clorul (inclusiv standardul)	Franta	Elitech	Flacoane cu volumul 40-175 ml.Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .	Clor, flacon 125 ml, Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .	ISO, CE
1.2	336962 00-7	Ser normal p/u contr.calității	Franta	Elitech	Flacoane cu volumul 5 ml.Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .	Ser normal p/u contr.calității, Elitrol 1, flacon 5 ml, Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac”	ISO, CE
1.3	336962 00-7	Ser patologic p/u contr.calității	Franta	Elitech	Flacoane cu volumul 5 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .	Ser patologic p/u contr.calității, Elitrol 2, flacon 5 ml, Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac”	ISO, CE
Lotul 3. Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald», Abbot,Germania							
3.1	336962 00-7	Diluent Emerald	SUA	Abbott	Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald».	EMERALD DILUENT RGT 10 l, 9H4802	ISO, CE
3.2	336962 00-7	Cleaner Emerald	SUA	Abbott	Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald».	EMERALD CLEANER RGT 960 ml, 9H4602	ISO, CE
3.3	336962 00-7	Sol. lizantă Emerald	SUA	Abbott	Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald».	EMERALD HGB LYSE RGT 960 ml, 9H4702	ISO, CE

3.4	336962 00-7	Sol. de Hipoclorid	SUA	Abbott	Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald».	Solutie concentrata de Hipoclorid 0,5 %, volum 1L	ISO, CE
3.5	336962 00-7	Set material de control 3 nivele	SUA	Abbott	Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald».	Set material de control 3 nivele , 3flx2,5 ml	ISO, CE
Lotul 4 . Reagenți,calibratori și material de control pentru examinarea sistemii de coagulare							
4.1	336962 00-7	Tromboplastin L cu activitatea 14-18 sec	Marea Britanie	HELENA	Flacon x 10 ml activitatea tromboplastinei 14-18 sec., ISI 1,1-1,2)	Flacon x 10 ml activitatea tromboplastinei 14-18 sec., ISI 1,1-1,2), liofilizat, reagent gata pentru lucru	ISO, CE
4.2	336962 00-7	Plasma de control pentru hemostaza cu nivelul normal	Marea Britanie	HELENA	1 flacon x 1 ml	1 flacon x 1 ml	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607